

LAS-100/1-PN/7-2017

Rybnik, dnia 21.03.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych (zamówienie nr LAS-100-PN/7-2017)
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 9.03.2017 r., pod nr 40294 - 2017

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Pakiet nr 6 : czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny konfekcjonowany w opakowaniach 5L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Czy w pakiecie nr 9 poz. 12 Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt konfekcjonowany w opakowaniach a' 1 kg, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”


Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu konfekcjonowanego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku. Jednocześnie zamawiający informuje, że jest w posiadaniu urządzenia - głowicy UKG przezprzełykowej S 7 – 2 |Omni firmy Philips. Zaoferowany przez Wykonawcę preparat musi być dopuszczony przez producenta do używania i znajdować się wykazie preparatów, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Jednocześnie zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji pakietu nr 9 – zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 preparatu w płynie na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wody w uzdatniaczu wody w opakowaniach 5 litrowych?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytania 4 – 6 dotyczą Pakietu nr 3, poz. 1

Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie 2% aldehydu glutarowego, przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego, zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy II b, o zdecydowanie krótszym czasie działania niż preparat opisany przez Zamawiającego w tej pozycji tj. B, Tbc (M. Terrae i M. avium), F, V /HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio/ w czasie do 10 minut, ze sporami (B. cereus, B. subtilis, C. sporogenes, C. Difficile) do 1 godziny, co naszym zdaniem ma ogromne znaczenie z punktu widzenia przeznaczenia preparatu. Dodatkową zaletą preparatu jest możliwość stosowania przez 30 dni, co wpłynie na znaczne oszczędności finansowe Zamawiającego oraz brak aktywatora. Preparat spełnia pozostałe wymagania SIWZ.”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu opisanego w pytaniu. Jednocześnie zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji pakietu nr 3 – zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 5: „Prosimy o doprecyzowanie, na jakich szczepach ma być przebadany preparat, aby wykazywał działanie sporobójcze wymagane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie określa na jakich szczepach ma być badany preparat.

Pytanie 6: „Czy ze względu na wymóg wielokrotnego stosowania preparatu, Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z preparatem pasków testowych przeznaczonych do kontroli stężenia aldehydu glutarowego? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości pasków testowych.”

Odpowiedź 6: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie zapisu, że „Wykonawca w ramach tej pozycji dostarczy 1 opakowanie pasków testowych do zaoferowanego preparatu”.

Pytanie 7: „Dotyczy Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał żeby oferowane preparaty ujęte były w instrukcjach obsługi posiadanych przez Zamawiającego myjni typu ETD ?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8: „Dotyczy Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 5


W związku z niepodzielnymi opakowaniami handlowymi – zawierającymi 3 pojemniki o pojemności 5 litrów, zwracamy się z prośbą o zaokrąglenie zamówienia w pozycji nr 1, do 99 opakowań.”

Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, iż nie modyfikuje ilości opakowań w niniejszym pakiecie. Wymaga zaoferowania 100 szt. kanistrów 5 litrowych. Wykonawcy składają ofertę na ilości określone w formularzu cenowym, natomiast Zamawiający będzie dokonywał zakupów asortymentu, zgodnie z ilością szt. w opakowaniu.

Pytanie 9: „Dotyczy Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 5 Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 5 pozycji nr 3 ” Preparat przeznaczony do ręcznego mycia instrumentów medycznych...” do osobnego pakietu.”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie oraz wykreślenie ww. pozycji z formularza cenowego.

Pytanie 10: „Dotyczy Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia potwierdzenia, że zaoferowane płyny spełniają wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD-3 firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjące - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.03.2017 r. do godziny 11.00. Termin otwarcia ofert zamawiający ustala na dzień 24.03.2017 r. o godzinie 11.30.

Załączniki:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 3 oraz 9– aktualne brzmienie.

Egz.:

1. strona internetowa
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				