

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 1 Endoprotezy stawu biodrowego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1	<p><u>Endoproteza bezcementowa biodra</u></p> <p><u>Trzpień anatomiczny:</u> Anatomiczny / prawy lewy/ bezkońierzowy, tytanowy pokryty hydroksyapatytem w całości bądź w części proksymalnej trzpienia (obie wersje uznaje się za równoważne dla potrzeb postępowania przetargowego). Długość trzpienia „L” od 100mm do 145 mm, w minimum 8 rozmiarach dla każdej strony / lewej i prawej/ .</p> <p><u>Trzpień nieanatomiczny</u> Trzpień prosty, bezkońierzowy, napylony hydroksyapatytem w części proksymalnej lub na całej długości z dwoma offsetami 127 stopni i 132 stopnie przynajmniej w 12 rozmiarach, długościach od 90-130 mm.</p> <p><u>Panewka</u> Typ press-fit i wkręcana (poprzez panewkę wkręcaną zamawiający rozumie panewkę press-fit posiadającą dodatkowo na obrzeżu głowy 1,5 do 3 zwoju gwintu celem polepszenia stabilizacji) pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 62mm, co 2 mm-dziewięć rozmiarów. W przypadku panewki w systemie press-fit możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami oraz panewki nieażyrowe z jednym otworem służącym implantacji.</p> <p><u>Wkład:</u> Polietylenowy - z polietylenu typu crosslink, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. Wkład ceramiczny dedykowany do panewki.</p> <p><u>Głowa:</u> Głowa metalowa kobaltowo-chromowa i głowa ceramiczna - średnica kompatybilna z wkładem polietylenowym 28mm i 32mm. Możliwość wyboru przynajmniej czterech rozmiarów regulacji długości szyjki poprzez zmianę głowy (dla obu wersji głowy).</p>							
1.1	trzpień anatomiczny	120						8 lewych i 8 prawych (łącznie 16szt.)
1.2	trzpień nieanatomiczny	60						12 szt
1.3	panewka	300						9 szt. typu press-fit i 9 szt. wkręcanych (łącznie 18 sztuk)
1.4	wkład polietylenowy	300						9 szt. do panewki typu press-fit i 9 szt. do panewki wkręcanej (łącznie 18 sztuk)
1.5	wkład ceramiczny	8						na wezwanie Zamawiającego w terminie ustalonym w umowie dla uzupełniania depozytu Wykonawcy dostarczy na potrzeby konkretnego zabiegu zestaw implantów we wszystkich wymaganych rozmiarach

1.6	głowa metalowa	300						po 2 z każdej wysokości podstawy w obu średnicach (łącznie 16 szt.)
1.7	głowa ceramiczna	8						na wezwanie Zamawiającego w terminie ustalonym w umowie dla uzupełniania depozytu Wykonawcy dostarczy na potrzeby konkretnego zabiegu zestaw implantów we wszystkich wymaganych rozmiarach
1.8	śruba	150						10 szt
1.9	ostrze jednorazowe do udostępnionej piły chirurgicznej akumulatorowej	150						4 szt
2	<p><u>Proteza bipolarna cementowa i panewka cementowana</u></p> <p><u>Głowa wewnętrzna:</u> Metalowa, 28mm, przynajmniej trzy rozmiary długości szyjki.</p> <p><u>Głowa bipolarna:</u> Wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach (42÷44) - 62mm o zmiennej średnicy zewnętrznej. Wymaganych jest 10 rozmiarów w tym skrajne. Średnica wewnętrzna głowy bipolarnej 28 mm, wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający, skonstruowany w taki sposób, że możliwe jest założenie głowy wewnętrznej, a następnie bipolarnej, czyli bez konieczności celowania głową wewnętrzną i bipolarną jako modułem na konus trzpienia.</p> <p><u>Trzpień:</u> Prosty, gładki, polerowany z centralizatorem w kształcie podwójnego klina w pełnym zakresie rozmiarów wytwórcy lub trzpień prosty, bezkołnierzowy, w kształcie podwójnego klina, samocentryczący się dzięki swojemu kształtowi w kanale kości udowej.</p> <p><u>Korek do kanału:</u> Pełny asortyment producenta.</p> <p><u>Panewka:</u> polietylenowa, cementowana</p>							
2.1	głowa bipolarna	60						Po 2 szt. z każdego rozmiaru (łącznie 20 szt.)
2.2	głowa wewnętrzna	90						Po 2 szt. z 3 różnych rozmiarów (łącznie 6 szt.)
2.3	trzpień	90						6 szt., w tym rozmiary najniższe
2.4	korek	50						4 szt.
2.5	panewka	50						8 szt.

Razem:

Zamawiający zastrzega sobie dwa zestawy narzędzi służące implantacji, w tym jeden moduł do implantacji panewki wkręcanej.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- piła chirurgiczna akumulatorowa,
- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.

Dane oferowanej piły chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy): 1. Nazwa elementu wyposażenia: Wytwórca: Typ / model oferowanego urządzenia: Klasa wyrobu medycznego:	Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy): 1. Nazwa elementu wyposażenia: Wytwórca: Typ / model oferowanego urządzenia: Klasa wyrobu medycznego:
2. Nazwa elementu wyposażenia: Wytwórca: Typ / model oferowanego urządzenia: Klasa wyrobu medycznego:	2. Nazwa elementu wyposażenia: Wytwórca: Typ / model oferowanego urządzenia: Klasa wyrobu medycznego:
3. Nazwa elementu wyposażenia: Wytwórca: Typ / model oferowanego urządzenia: Klasa wyrobu medycznego:	3. Nazwa elementu wyposażenia: Wytwórca: Typ / model oferowanego urządzenia: Klasa wyrobu medycznego:

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zarówno dwu odrębnych urządzeń, jak i jednego napędu z 2 końcówkami: końcówką do zamocowania ostrza piły oraz uchwytem do frezu panewkowego. Powyższą tabelę należy wypełnić odpowiednio, tak żeby wynikało z niej którą wersję zaoferowano oraz by zawierała wszystkie wymagane dane dla oferowanej wersji.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani użyczanych urządzeń).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 2 Endoproteza stawu kolanowego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Endoproteza stawu kolanowego cementowana, anatomiczna umożliwiająca usunięcie obu więzadeł krzyżowych PS. Część udowa i piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego. Część udowa w minimum 8 rozmiarach. Taca piszczelowa uniwersalna w minimum 8 rozmiarach. Podkładki pod tacę piszczelową połowicze, przyśrodkowe. Możliwość rozbudowy o trzpień 40-120 mm (odpowiednio; w minimum 6 rozmiarach). Wkładka piszczelowa o grubości minimalnej 10 mm do co najmniej 18 mm - przynajmniej 5 rozmiarów.							
1.1	Część udowa prawa i lewa PS	320						
1.2	Taca piszczelowa	320						min. 5 rozmiarów tj.5 lewych i 5prawych (łącznie 10 szt.)
1.3	Wkładka polietylenowa PS	320						20 szt
1.4	Trzpień piszczelowy 40-120 mm	60						min. 5 rozmiarów, (łącznie 5 sztuk)
1.5	Podkładka pod tacę piszczelową połowicza przyśrodkowa	60						min. 5 sztuk
2.	Ostrze jednorazowe do piły odpowiedniej długości i grubości adekwatnej do przymiaru tnącego	320						3 szt.
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- piła chirurgiczna akumulatorowa,
- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.

<p>Dane oferowanej piły chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>
<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>
<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zarówno dwu odrębnych urządzeń, jak i jednego napędu z 2 końcówkami: końcówką do zamocowania ostrza piły oraz uchwytem do frezu panewkowego. Powyższą tabelę należy wypełnić odpowiednio, tak żeby wynikało z niej którą wersję zaoferowano oraz by zawierała wszystkie wymagane dane dla oferowanej wersji.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani użyczanych urządzeń).

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 3 System do zespolenia okołokostnego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	System do złamań okołoprotezowych lub innych potrzeb, gdzie jest wymagane zespolenie okołokostne "cerclage". System plecionych przynajmniej 5 drutów do wykonania "cerclage'u" wokół kości udowej współpracujący z zaciskiem. Płyta do złamań okołoprotezowych współpracująca z wymienionym systemem. Śruby dedykowane do płyt wg rozmiarów z katalogu wytwórcy.							nie przewiduje się
1.1	płyta	50						
1.2	kabel / taśma	160						
1.3	zacisk	100						
1.4	śruba	200						
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: **2**, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 4 Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra w komplecie z głową. Głowa w przynajmniej 4 różnych rozmiarach, regulowanych jej podstawą. Głowa o średnicy 28mm i 32mm. Trzpień przeznaczony do rewizji po wcześniejszych alloplastykach biodra i do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych z obluzowaniem wcześniej stosowanego implantu. Trzpień rewizyjny składający się z dwóch kompletów: nasady bliższej i trzpienia śródszpikowego, dopasowywanych oddzielnie zależnie od warunków śródoperacyjnych, również w czasie zabiegu łączonych w sposób trwały. Komponent nasadowy w przynajmniej 5 długościach z rosnącą objętością (wielkością) przynasady i nasady. Komponent nasady bliższej pokryty mikroporowatą okładziną tytanową lub hydroksyapatytem, z możliwością przytwierdzenia tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w pełnym zakresie rozmiarów wg katalogu wytwórcy - przynajmniej 5 średnic i 5 długości trzpienia. Trzpień w części napylony porowatą okładziną tytanową lub hydroksyapatytem.	10						nie przewiduje się
2.	Trzpień rewizyjny osadzony na cemencie kostnym. Komponent nasadowy łączony z trzpieniem w sposób trwały śródoperacyjnie. Komponent nasadowy w przynajmniej 4 wielkościach, komponent udowy przynajmniej w 4 długościach i 4 średnicach. Konus nasady z możliwością użycia głowy 28mm i 32mm. Głowa 28mm i 32mm (wymagane oba rozmiary).	2						
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: **2**, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

W przypadku niniejszego pakietu dostarczany do zabiegu pełny zestaw elementów będących przedmiotem umowy (w całym zakresie rozmiarów i wersji) musi w zakresie głów endoprotez obejmować podwójny komplet, natomiast instrumentarium musi obejmować dodatkowo zestaw narzędzi do usuwania cementu kostnego.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)