

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych wraz z dzierżawą myjni endoskopowej i obsługą serwisową.

Myjnia, która jest przedmiotem dzierżawy ma służyć do automatycznego mycia i termochemicznej dezynfekcji niżej wymienionych endoskopów posiadanych przez Szpital i musi być z tymi urządzeniami kompatybilna tj.:

- 1) wideogastroskop typ GIF-Q165
- 2) wideokolonoskop typ CF-Q 165L
- 3) bronchofiberoskop typ P40
- 4) fiberoskop intubacyjny typ LF-TP
- 5) nasofaryngolaryngoskop typ T3

Wymienione endoskopy są produkcji Olympus.

Każdy cykl musi być zgodnie z procedurami udokumentowany. Na tę okoliczność Szpital posiada system archiwizacji typ Endoskan 2 produkcji Olympus. Zamawiający informuje, że myjnia endoskopowa będąca przedmiotem dzierżawy w niniejszym postępowaniu musi być z ww. systemem kompatybilna. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej myjni pod warunkiem wydzierżawienia ww. systemu archiwizacji z możliwością wydruku bądź innego równoważnego pod względem funkcjonalności i zastosowania.

Dzierżawiona myjnia winna mieć możliwość mycia dwóch endoskopów jednocześnie.

Wykonawca zobowiązany jest również do dostaw środków chemicznych do automatycznego mycia i dezynfekcji myjni automatycznej oraz zmiękczacza lub stacji uzdatniania.

W imieniu Wykonawcy potwierdzam,

**iż oferta obejmuje wykonanie usługi
zgodnej z treścią powyższego załącznika**

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)