

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do zabiegów chirurgii biodra – pakiet nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy, o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stołka Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 170 x 300 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna ze wzmocnieniem, o min. wym. 280 x 220 cm z wycięciem typu "U" o min. wym. 10 x 90 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 70 x 90 cm
- 1 szt. osłona na kończynę w kształcie worka o min. wym. 30 x 100 cm
- 2 szt. taśmy samoprzylepne o min. wym. 9 x 50 cm
- min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150 x 200 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw urologiczny TUR – pakiet nr 2

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta min. wym. rozmiar 75 x 175 cm z otworem o średnicy od 5 do 12 cm
- 2 szt. osłony na kończynę o min. wym. 75 x 120 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 190 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do małych operacji chirurgicznych – pakiet nr 5

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm,
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna z centralnie umiejscowionym otworem o śr. min. 12 cm, o min. wym. 200 x 240 cm
- 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm
- min.1 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy – pakiet nr 6

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. serweta do operacji dłoni/stopy o min. wym. 200x 300cm z samouszczelniającym się otworem o min. śr. 3 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY / STAWU KOLANOWEGO – pakiet nr 7

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do operacji kończyny o min. wym. 320 x 220 cm i z samouszczelniającym otworem o średnicy 5-8 cm.
- 1 osłona na kończynę o min.wym.30 x 55 cm
- min. 2 taśmy samoprzylepne o min.wym.9 x 50 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm
- 1 szt. serweta na stół Mayo o min. wym. 78 x 140cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150x170cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do operacji głowy/szyi – pakiet nr 8 poz. 1

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna min.wym.200 x 200 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna o min.wym.125 x 150 cm z wycięciem "U" o min. wym. 6 x 40 cm,
- min.2 szt. ręczniki celulozowe

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych – pakiet nr 8 poz. 2

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 160 cm,
- 1 szt. serweta operacyjna o wym. 240 x 150 cm z samoprzylepnym otworem o min. śr 8 cm umieszczonym w ok. 1/3 długości serwety
- min.1 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm.

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw podstawowy /uniwersalny – pakiet nr 9

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. wym. 190 x 140 cm ze wzmocnieniem
- 1 szt. serweta na stół Mayo wym. min. 78 x 140 cm ze wzmocnieniem
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wym. min. 150 x 240 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wym. min. 200 x 170 cm
- 2 szt. samoprzylepne serwety operacyjne wym. min. 70 x 90 cm
- 1 szt. taśma samoprzylepna o wym. min. 9 x 50 cm
- min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do laparoskopii z fartuchami – pakiet nr 10 poz. 1

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo wym. min. 80 x 140 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 150 x 240 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 170 x 170 cm
- 2 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 70 x 90 cm
- 1 szt. uchwyt typu rzep o wym. min. 2 x 22 cm
- min. 2 szt. ręcznik celulozowy o wym. min. 30 x 30 cm
- 1 szt. fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 40 g/m² rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe
- 2 szt. fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 40 g/m² rozmiar L, szwy ultradźwiękowe

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych – pakiet nr 10 poz. 2

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy, min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x140 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), ze wzmocnieniem - pad chłonny o wym. 100 x 175 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 150 x 200 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna min.wym.150 x 200 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego – pakiet nr 11

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. min. 190x150cm ze wzmocnieniem, szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 szt. Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 145x80cm o min. gramaturze włókniny 24g/m², włókniny i folii 74g/m², grubości folii 50um
- 1 szt. Serweta do cesarskiego cięcia o min. wymiarach 320x180cm z oknem o wym. min. 35x32cm, z workiem foliowym do zbiórki płynów 360 stopni. W otworze folia chirurgiczna z wycięciem.
- 1 szt. Serwetka dla noworodka z chłonnej włókniny o min. gramaturze 50g/m² o wymiarach 80x60cm.
- min. 2 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm
- 2szt. Fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²
- 2szt. Fartuch chirurgiczny rozmiar XL włókniny SMS o gramaturze 35g/m²
- Końcówka do odsysania Yankauer CH28 + Dren do odsysania pola operacyjnego CH28 x 350cm z końcówką antyzagięciową
- 3szt. serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG 45x45cm
- 50szt. kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej 10x10cm przewiązane po 10szt, minimalna gramatura jednego kompresu 2,89g
- 1 szt. Opatrunek na ranę pooperacyjną włókninowy z wkładem chłonnym z hipoalergicznym o wym. 10x20cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do dożylnego wklucia centralnego – pakiet nr 12 poz. 1

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Owinięcie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- min. 6 szt. kompresy z gazy bawełnianej 17 nitkowej min. 8 warstwowe min. 7,5 cm x 7,5 cm,
- 4 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 15 x 15 cm,
- 1 szt. pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm,
- 1 szt. strzykawka 10 ml
- 1 szt. igła 0,8 x 40 mm
- 1 szt. igła 1,2 x 40 mm
- 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa, nieprzylepna o min wym. 45 cm x 75 cm, min gramatura 53 g/m²,
- 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna o min wym. 45 cm x 75 cm z otworem i min. gramaturze 53 g/m²,
- 1 szt. ostrze - skalpel
- 1 szt. imadło metalowe
- 1 szt. kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,
- 1 szt. opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm (zapakowany).
- Zestaw zapakowany w tackę typu blister z wgłębieniem na płyny

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

Sterylny zestaw do dożylnego wklucia centralnego (duży) – pakiet nr 12 poz. 2

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Owinięcie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 120 x 95 cm
- 5 kompresów z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m²
- 5 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 24 x 24 cm, 20 nitek
- 1 szt. strzykawka 5 ml Luer
- 1 szt. strzykawka 10 ml Luer
- 1 szt. igła 0,7 x 50 mm
- 1 szt. igła 0,8 x 50 mm
- 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna wokół otworu 10 cm o min. wym. 150 x 100 cm min gr 55 g/m²,
- 1 szt. ostrze - skalpel do obcinania szwów 6,5 cm
- 1 szt. imadło stalowe ze stali nierdzewnej klasa IIa, 12 cm
- 1 szt. kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm
- 1 szt. czepek chirurgiczny
- 1 szt. maska chirurgiczna z gumkami
- 1 szt. fartuch chirurgiczny L typu open back – tylne części fartucha nie zachodzą na siebie
- 1 szt. opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 14 cm
- 1 x miska plastikowa 250 ml

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)