

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
|------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: | | |
| 1. | Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2018. | TAK | |
| 2. | Producent. | podać | |
| 3. | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać | |
| 4. | Zasilanie 230V, 50Hz. | TAK | |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | podać | |
| II. | Parametry: | | |
| 1. | Podgrzewacz przepływowy, praca w systemie suchego ogrzewania. | TAK | |
| 2. | Tryb pracy ciągły. | TAK | |
| 3. | Wydajność min.: 0 – 2000 ml/h. | TAK, podać | |
| 4. | Regulacja temperatury profilu ogrzewającego w zakresie min.: 33 – 43°C, krok co 1°C. | TAK, podać | |
| 5. | Wyświetlacz informujący o pracy systemu. | TAK | |
| 6. | System alarmów wizualnych i dźwiękowych informujących o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze ogrzewania. | TAK | |
| 7. | System wyłączający ogrzewanie po osiągnięciu temperatury krytycznej 43,6°C ±0,5°C. | TAK | |
| 8. | Brak konieczności stosowania dedykowanych do urządzenia materiałów jednorazowego użytku. | TAK | |
| III. | Wyposażenie: | | |
| 1. | Statyw jezdny do zamocowania aparatu. | TAK | |
| 2. | Aparat wyposażony w uchwyt do mocowania na stojaku. | TAK | |
| 3. | Wymienny wielorazowy profil grzewczy przystosowany do ogrzewania drenów o średnicy 4 - 5 mm i o długości 180 cm. | TAK | |
| IV. | Dokumentacja: | | |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK | |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną

część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)