

FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI

PAKIET NR 2 ZESTAWY DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa / Nr katalogowy / Wytwórca
1	<p>Sterylny zestaw do laparoskopii z fartuchami</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.• Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.• Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw; jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina• Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.• Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.• Opisy zestawu wymagane w języku polskim.• Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe. <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm• 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo wym. min. 80 x 140 cm• 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 150 x 240 cm• 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 170 x 170 cm• 2 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 70 x 90 cm• 1 szt. uchwyt typu rzep o wym. min. 2 x 22 cm• min. 2 szt. ręcznik celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm• 1 szt. fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 40 g/m2 rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe• 2 szt. fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 40 g/m2 rozmiar L, szwy ultradźwiękowe	zestaw	1 400					
2	<p>Sterylny zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.• Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.• Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw; jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów• Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.• Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.• Opisy zestawu wymagane w języku polskim.• Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe. <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 szt. serweta na stół narzędziowy, min. wym. 140 x 190 cm• 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x 140 cm• 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), ze wzmocnieniem - pad chłonny o wym. 100 x 175 cm• 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 150 x 200 cm• 1 szt. serweta nieprzylepna min. wym. 150 x 200 cm• min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm	zestaw	400					

--	--	--

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)