

Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody: Aqua Cleer RO2 1200 prod. Culligan, US Filter RO prod. US Filter, Medsys HP 20 prod. Hand-Prod, RO 4x14 prod. Hand-Prod.

Lp	Urządzenie			Termin obsługi serwisowej	Zestaw serwisowy wraz z robocizną i dojazdem			
	nazwa	typ	numer		Nazwa	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł
1	Stacja uzdatniania wody	Aqua Cleer RO2 1200	1	maj 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami oraz filtry bawełniane typu Gard 10" 1 µm (3 szt.+ wymiana) i filtr bawełniany typu Gard 10" 5 µm (1 szt + wymiana).			
					Palniki do lamp bakterioobójczych UV typu Puro 1 S i ich wymiana – 2 szt.			
					Złoże do filtra węglowego 16" model 1665 ze sterownikiem Loqix 742c i jego wymiana, składające się z:			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Cullsan 6x9 mm</li> <li>Cullsan 2x3 mm</li> <li>Cullsan 0,6x0,8 mm</li> <li>Cullar D.</li> </ul>			
					Złoże do filtra mineralnego 16" model 1665 ze sterownikiem Loqix 742c i jego wymiana, składające się z:			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Cullsan 6x9 mm</li> <li>Cullsan 2x3 mm</li> <li>Cullsan 0,6x0,8 mm</li> <li>Cullcite 0,8x2 mm.</li> </ul>			
					Złoże do filtra zmiękczacza typu HiFLO2 HA 16" działającego w systemie DUPLEX i jego wymiana, składające się z:			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Cullsan 2x3 mm</li> <li>Cullex.</li> </ul>			
2	Stacja uzdatniania wody	Aqua Cleer RO2 1200	2		6 sztuk membran odwróconej osmozy (typu TW30HP4641) wraz z uszczelnieniami do I i II stopnia RO2 i ich wymiana.			
				sierpień 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami oraz filtry bawełniane typu Gard 10" 1 µm (3 szt.+ wymiana) i filtr bawełniany typu Gard 10" 5 µm (1 szt + wymiana).			
				listopad 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami oraz filtry bawełniane typu Gard 10" 1 µm (3 szt.+ wymiana) i filtr bawełniany typu Gard 10" 5 µm (1 szt + wymiana).			
				maj 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami oraz filtry bawełniane typu Gard 10" 1 µm (3 szt.+ wymiana) i filtr bawełniany typu Gard 10" 5 µm (1 szt + wymiana).			
					Palniki do lamp bakterioobójczych UV typu Puro 1 S i ich wymiana – 2 szt.			
					Złoże do filtra mineralnego typu HiFLO2 UF 16" i jego wymiana, składające się z:			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Cullsan 6x9 mm</li> <li>Cullsan 2x3 mm</li> <li>Cullsan 0,6x0,8 mm</li> <li>Cullcite 0,8x2 mm.</li> </ul>			
					Złoże do filtra węglowego 16" model 1665 ze sterownikiem Performa CV 962F TC i jego wymiana, składające się z:			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Cullsan 6x9 mm</li> <li>Cullsan 2x3 mm</li> <li>Cullsan 0,6x0,8 mm</li> <li>Cullar D.</li> </ul>			
					6 sztuk membran odwróconej osmozy (typu TW30HP4641) wraz z uszczelnieniami do I i II stopnia RO2 i ich wymiana.			

				sierpień 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami oraz filtry bawełniane typu Gard 10" 1 µm (3 szt.+ wymiana) i filtr bawełniany typu Gard 10" 5 µm (1 szt + wymiana).			
				listopad 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami oraz filtry bawełniane typu Gard 10" 1 µm (3 szt.+ wymiana) i filtr bawełniany typu Gard 10" 5 µm (1 szt + wymiana).			
3	Stacja uzdatniania wody	US Filter RO	-	maj 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami.			
					Złoże do filtra mineralnego typu IWO-300-742 24" i jego wymiana, składające się z: <ul style="list-style-type: none"><li>Cullsan 6x9 mm</li><li>Cullsan 2x3 mm</li><li>Cullsan 0,6x0,8 mm</li><li>Culcite 0,8x2 mm.</li></ul>			
					Złoże do filtra węglowego 12" i jego wymiana, składające się z: <ul style="list-style-type: none"><li>Cullsan 6x9 mm</li><li>Cullsan 2x3 mm</li><li>Cullsan 0,6x0,8 mm</li><li>Cullar D.</li></ul>			
					Złoże do filtra zmiękczacza typu HiFLO2 HA 16" działającego w systemie DUPLEX i jego wymiana, składające się z: <ul style="list-style-type: none"><li>Cullsan 2x3 mm</li><li>Cullex.</li></ul>			
				sierpień 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami.			
				listopad 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy, w tym: środki dezynfekcyjne wraz z testami.			
4	stacja uzdatniania wody	RO 4x14	24851	maj 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy			
					Filtr bawełniany typu BigBlue 10" 10-20 µm i jego wymiana			
					Filtr węglowy typu BigBlue 10" i jego wymiana			
				listopad 2018 r.	Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy			
					Filtr bawełniany typu BigBlue 10" 10-20 µm i jego wymiana			
					Filtr węglowy typu BigBlue 10" i jego wymiana			
5	stacja uzdatniania wody	Medsys 20 HP	MD20843	maj 2018 r.	Filtr antybakteryjny polipropylenowy z usztywnionym wkładem 1 µm i jego wymiana			
					Filtr węglowy szlifujący AICRO (kapsułkowy) - 2 szt. i ich wymiana			
					Palnik UV typu S287RL R-CAN i jego wymiana.			
					Zakres prac serwisowych zgodny z załącznikiem nr 1.2 do umowy			
					Razem wartość całej umowy wynosi:			

1.Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w niniejszym załączniku i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika.

Parametr punktowany		Wymogi i punktacja		Odpowiedź Wykonawcy
1	Termin płatności			
	Termin płatności faktury liczony od daty wpływu prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego	Tak, podać: 60 dni kalendarzowych – 10 pkt, 45 dni kalendarzowych – 5 pkt 30 dni kalendarzowych – 0 pkt		
2	Autoryzacja producenta			
2a	Stacja uzdatniania wody: Aqua Clear RO2 1200 prod. Culligan.	Tak/Nie, podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt parametr punktowany	Wykonawca w celu uzyskania punktów w tym kryterium musi dołączyć do oferty dokument potwierdzający posiadanie przez niego autoryzacji producenta urzędów medycznych na wykonywanie przez niego usług serwisowych w podanym zakresie. Brak załączenia dokumentu będzie skutkować przyznaniem 0 pkt, bez względu na to czy Wykonawca dysponuje takim dokumentem.	
2b	Stacja uzdatniania wody: Medsys HP 20 prod. Hand-Prod.	Tak/Nie, podać Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt parametr punktowany		

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)