

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Stół zabiegowy z wyposażeniem – 1 sztuka**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. Informacje ogólne:			
1.	Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego stołu.	podać	
4.	Rok produkcji 2018.	TAK	
5.	Stół zabiegowy fabrycznie nowy, (wyklucza się demonstracyjny, rekondukcjonowany, używany).	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
7.	Podstawa jezdna stołu z kołami antystatycznymi i z centralną blokadą oraz kołem kierunkowym.	TAK	
8.	Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej lakierowanej proszkowo.	TAK	
9.	Błat przenikalny dla promieni RTG co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska.	TAK	
10.	Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień, powierzchnia gładka. Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. Nie dopuszcza się materacy, które w miejscach mocowania do blatu mają przerwana ciągłość warstwy zewnętrznej, nie są zabezpieczone przed pęknięciami oraz nie są zabezpieczone przed dostaniem się cieczy do wewnątrz materaca w tych miejscach.	TAK	
11.	Konstrukcja stołu i jego części zapewnia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz odporność na wnikanie i przenikanie cieczy.	TAK	
12.	Mycie i dezynfekcja wszystkich elementów stołu wraz z wyposażeniem ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie dopuszcza się ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji tylko jednego preparatu handlowego.	TAK	
II. Parametry szczegółowe:			
1.	Długość stołu z blatem min. 2000 mm.	TAK	
2.	Szerokość leża min. 500 mm	TAK, podać	
3.	Maksymalne obciążenie leża stołu min.: 200 kg w przypadku gdy podgłówek zamontowanym jest od strony oparcia pleców.	TAK, podać	
4.	Błat stołu czterosegmentowy składający się z:	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> • podglówka o szerokości blatu • segmentu oparcia pleców • segmentu siedziska, • segmentu nóg – dzielonego na dwie nogi. 		
5.	Regulacja wysokości blatu (z materacem) w zakresie min.: 725 – 1025 mm za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podglówka.	TAK	
6.	<p>Funkcje stołu realizowane ręcznie (mechanicznie) z wykorzystaniem sprężyn gazowych z blokadą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przechyły wzdłużne: Trendelenburga w zakresie min: +/- 25° i anty-Trendelenburga) w zakresie min: +/- 10° • regulacja kąta nachylenia oparcia pleców w zakresie min: +75°/-35° • regulacja (bezstopniowa) podnóżków góra/dół w zakresie min.: +10°/-90°, • odwodzenie każdego podnóżka (rozchylenie na bok na zewnątrz) o kąt 90°, • regulacja podglówka w zakresie min.: +45°/-35°. 	TAK, po- dać	
7.	Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe.	TAK	
8.	Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia (na wszystkich segmentach stołu).	TAK	
III. Wyposażenie:			
1.	Podpórka ręki – 2 szt. z paskami mocującymi na rzep – po 2 szt. na każdą podpórkę.	TAK	
2.	Ramka ekranu anestezjologicznego – 1 szt.	TAK	
3.	Wieszak kroplówki z stali nierdzewnej – 1 szt.	TAK	
4.	<p>Uchwyty wielopozycyjne niezbędne do zamontowania wyposażenia do stołu – 3 szt.</p> <p>Dopuszcza się mocowanie wieszaka kroplówki do listwy stołu za pomocą korpusu zaciskowego bez możliwości zmiany kąтового położenia wieszaka kroplówki. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania konieczne jest dostarczenie kompletnego korpusu zaciskowego.</p>	TAK	
IV. Dokumentacja:			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z stołem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.