

ZAKUP APARATU RTG Z RAMIENIEM C I Z WYPOSAŻENIEM

Przedmiot zamówienia określony jest w niniejszym załączniku oraz wszystkich kolejnych załącznikach składowych.

A) Przedmiot zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) - obejmuje również następujące elementy:

1. Dostawa do docelowej lokalizacji w pawilonie nr III C parter.
2. Instalacja aparatu RTG z ramieniem C i z wyposażeniem.
3. Uruchomienie aparatu z wyposażeniem, w tym:
 - Wykonanie testów odbiorczych - akceptacyjnych w pełnym zakresie oraz testów specjalistycznych, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji.
 - Zlecenie (pokrycie kosztów) i zorganizowanie pomiarów dozymetrycznych wokół aparatu RTG z ramieniem C przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach - Oddział Higieny Radiacyjnej Dział Laboratoryjny.
 - Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentacji i odbiór aparatu RTG z ramieniem C (na podstawie dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego dot. ochrony radiologicznej).
 - Szkolenie personelu Zamawiającego – zgodnie z umową w wymiarze:
 - Szkolenie specjalistyczne dla personelu medycznego wykonującego badania w na aparacie RTG z ramieniem C (w tym szkolenie w zakresie testów podstawowych);
 - przez 2 dni po 5 godz. dziennie od uruchomienia aparatu oraz
 - w terminie uzgodnionym z użytkownikiem przez 3 dni x 5 godz. (dopuszczalne: po przekazaniu do eksploatacji).
4. Wszystkie pozostałe czynności określone w umowie oraz przewidziane przepisami prawa, a niezbędne do przekazania do eksploatacji aparatu RTG z ramieniem C i z wyposażeniem.
5. Przekazania do eksploatacji aparatu RTG z ramieniem C i z wyposażeniem.
6. Wykonanie warunków gwarancji jakości i serwisu – zgodnie z załącznikiem nr 1.3.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy