

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Mikroskop hematologiczny

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Mikroskop hematologiczny do badań w świetle przechodzącym w jasnym polu.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2018.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry:		
1.	Wbudowany oświetlacz LED, fabrycznie wycelowany i wyjustowany. Całkowita zgodność z zasadą Koehlera.	TAK	
2.	Czas pracy oświetlenia min.: 60 000 h.	TAK	
3.	Płynna regulacja natężenia światła.	TAK	
4.	Nasadka trinokularowa dwuocznna z regulacją rozstawu okularów i możliwością pochylecia, muszle oczne gumowe.	TAK	
5.	Okular o dużym polu widzenia, 10x z regulacją dioptryjną.	TAK	
6.	Obiektywy achromatyczne 10x, 40x 100x oil	TAK	
7.	Ergonomiczny układ ustawiania ostrości.	TAK	
8.	Miska rewolwerowa czterogniazdowa.	TAK	
9.	Stół krzyżowy x-y, z amortyzatorem do szybkiej wymiany preparatów bez konieczności pokręcania śrubami mikro/makro.	TAK	
10.	Kondensor Abbego z ruchem pionowym, centrowaniem i przysłoną aperturową do regulacji kontrastu i rozdzielczości.	TAK	
11.	Regulowana przysłona polowa.	TAK	
12.	Pokrowiec na mikroskop.	TAK	
III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)