

**\*\*FORMULARZ CENOWY\*\*****Pakiet 8 Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny - sirolimus lub pochodny**

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny - sirolimus lub pochodny: Markery na balonie. Możliwość stosowania z cewnikami prowadzącymi 5 F. Wymagane rozmiary podano poniżej. Profil przejścia (ang.crossing profile) dla stentu o średnicy 3mm: max. 0.034". Skrócenie stentu po rozprężeniu maksimum 1%. Ciśnienie RBP powyżej 15 atm.Stenty na bazie stopu kobaltu	szt.	224						

długości [MM]	Φ2,25mm	Φ2,5mm	Φ2,75mm	Φ3,0mm	Φ3,25mm	Φ3,5mm	Φ3,75mm	Φ4,0mm	Φ4,5mm
7-8 .									
11-12 .									
14-16									
17-19									
21-23									
24-26									
28-30									
32-35									

 - wymagane

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)