Charakterystyka
procesora tkankowego próżniowo-ciśnieniowego
(1 sztuka)

Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
I. Wymagania ogólne:		
1. Producent.	podać	
2. Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3. Klasa wyrobu medycznego.	podać	
4. Rok produkcji 2015 - 2019	podać	
II. Wymagania szczegółowe:		
1. Zamknięty obieg odczynników	TAK	
2. Komora robocza pojemności 240-300 kasetek	TAK	
3. Możliwość przeprowadzenia mniejszej ilości kasetek (150)	TAK	
4. Możliwość zaprogramowania 6 programów przeprowadzania	TAK	
5. Zewnętrzne dojścia do napełniania i opróżniania pojemników odczynnikowych, umożliwiające szybką wymianę płynów, umieszczone na przednim panelu urządzenia	TAK	
6. Możliwość pracy na odczynnikach bezksylenowych	TAK	
7. Możliwość zaprogramowania startu procesu opóźnionego o określoną ilość dni	TAK	