

SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 1

Łóżko regulowane elektrycznie z wyposażeniem – 16 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z wyposażeniem, przeznaczone głównie dla dzieci.	TAK	
2.	Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
7.	Autoryzowany serwis na terenie Polski.	TAK podać	
8.	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz.	TAK	
9.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące .	TAK podać	
10.	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK	
II.	PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:		
1.	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo.	TAK	
2.	Łóżko wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.	TAK	
3.	Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem łatwa w utrzymaniu czystości.	TAK	
4.	Długość całkowita około: 220 cm . Szerokość całkowita około: 97 cm .	TAK, podać	
5.	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. od 36 cm do 70 cm .	TAK, podać	
6.	Regulowany elektrycznie min. segment pleców i segment nóg.	TAK	
7.	Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg .	TAK, podać	
8.	Leże łóżka min. czterosegmentowe.	TAK	
9.	Funkcja CPR umożliwiająca wypoziomowanie leża za pomocą jednego przycisku.	TAK	
10.	Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga.	TAK	
11.	Barierki składane wzdłuż leża łóżka, łatwe do złożenia i rozłożenia jednym ruchem ręki.	TAK	
12.	Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości.	TAK	
13.	Szczyty łóżka wykonane z lekkiego tworzywa ABS możliwe do zdemontowania bez użycia narzędzi i łatwe do utrzymania czystości.	TAK	
14.	Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem.	TAK	
15.	Materac piankowy dopasowany do wymiarów leża.	TAK	

16.	Centralna blokada kół.	TAK	
17.	Tuleje, uchwyty lub mechanizmy zamontowane w czterech rogach leża, umożliwiające zainstalowanie ramy wyciągowej, wysięgnika ręki lub stojaka na kropłówkę.	TAK	
18.	Uchwyty na worki urologiczne umiejscowione pod leżem po obu stronach łóżka.	TAK	
19.	Pilot do sterowania łóżkiem z zawieszeniem na ramę łóżka. Przyciski opatrzone czytelnymi rysunkami funkcji.	TAK	
20.	Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • Ramy wyciągowe – 4 szt. • Wysięgniki ręki – 2 szt. • Uchwyt na kaczkę i basen – 16 szt. • Stojak kropłówkowy – 16 szt. 	TAK	
21.	Możliwość wyboru kolorystyki wypełnienia szczytów.	TAK	
III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)