

SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 6

Wózek opatrunkowy – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. INFORMACJE OGÓLNE:			
1.	Wielofunkcyjny wózek medyczny, opatrunkowe.	TAK	
2.	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
7.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące .	TAK podać	
8.	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK	
II. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:			
1.	Wytrzymała konstrukcja wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości odporna na środki myjące i dezynfekcyjne.	TAK	
2.	Błat wykonany z tworzywa ABS łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne.	TAK	
3.	Błat z zabezpieczeniem z trzech stron (boki i tył) przed zsuwaniem się przedmiotów.	TAK	
4.	Wysokość około 95 cm (+/- 2 cm) . Głębokość około 65 cm (+/- 2 cm) . Szerokość bez akcesoriów około 80 cm (+/- 2 cm) .	TAK, podać	
5.	Szuflada o wysokości min. 15 cm z systemem automatycznego domykania z możliwością całkowitego jej wyjęcia.	TAK	
6.	Środkowa półka z zabezpieczeniem z trzech stron (boki i tył) przed zsuwaniem się przedmiotów.	TAK	
7.	Dolna półka głęboka z odpowiednim wyprofilowaniem i wyjmowanym pojemnikiem, z przeznaczeniem na środki wymagające szczególnej ostrożności.	TAK	
8.	Kosz na odpady otwierany nogą, zamontowany na ramie wózka.	TAK	
9.	Dwa pojemniki uniwersalne do przechowywania drobnych przedmiotów, montowane na ramie wózka.	TAK	
10.	Cztery kółka o dużej średnicy ułatwiające manewrowanie wózkiem, w tym min. dwa z hamulcami.	TAK	
III Dokumentacja:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Wózek ambulatoryjny – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Wielofunkcyjny wózek medyczny, ambulatoryjny.	TAK	
2.	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
7.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące .	TAK podać	
8.	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK	
II.	PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:		
1.	Wytrzymała konstrukcja wykonana z aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości odporna na środki myjące i dezynfekcyjne.	TAK	
2.	Błat wykonany z tworzywa, łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne.	TAK	
3.	Błat z zabezpieczeniem z trzech stron (boki i tył) przed zsuwaniem się przedmiotów.	TAK	
4.	Wysokość około 105 cm (+/- 2 cm) . Głębokość około 60 cm (+/- 2 cm) . Szerokość bez akcesoriów około 80 cm (+/- 2 cm) .	TAK, podać	
5.	Min. 5 szuflad z przodu, o różnej wysokości, z systemem automatycznego domykania z możliwością całkowitego ich wyjęcia.	TAK, podać	
6.	Centralny zamek pozwalający na blokadę wszystkich szuflad.	TAK	
7.	Obrotowa podstawa na wysięgniku, pod defibrylator lub inne urządzenie, pozwalająca na ustawienie urządzenia w dowolnej pozycji.	TAK	
8.	Miejsce na butlę z tlenem z tyłu wózka.	TAK	
9.	Podkładka do resuscytacji umieszczona z boku wózka.	TAK	
10.	Wysuwana dodatkowa półka/błat z boku wózka.	TAK	
11.	Min. 2 odchylane koszyki/pojemniki i min. 1 półka z boku wózka.	TAK	
12.	Kosz na odpady zamontowany z jednego boku wózka.	TAK	
13.	Stojak na kroplówki.	TAK	
14.	Cztery kółka o dużej średnicy ułatwiające manewrowanie wózkiem, w tym min. dwa z hamulcami.	TAK	
III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)