

SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 5

Inhalatory ultradźwiękowe – 3 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. INFORMACJE OGÓLNE:			
1.	Inhalatory ultradźwiękowe medyczne wraz wózkiem na podstawie jezdnej przeznaczone do pracy ciągłej, dla dorosłych, dzieci i niemowląt.	TAK	
2.	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
7.	Autoryzowany serwis na terenie Polski.	TAK podać	
8.	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz.	TAK	
9.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące - parametr punktowany.	TAK podać	
10.	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK	
II. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:			
1.	Prędkości inhalacji: min. 0-3 ml/min.	TAK podać	
2.	Rozmiar rozpylanej cząstki: 0,5 – 5,0 µm.	TAK Podać	
3.	Przepływ powietrza regulowany: min. 0-20 l/min.	TAK Podać	
4.	Pojemność pojemnika na lekarstwo: max. 150 ml.	TAK podać	
5.	Pojemności pojemnika na wodę: max. 300 ml.	TAK podać	
6.	Poziom głośności pracy: max. 36 dB.	TAK podać	
7.	Regulowany czas inhalacji: min. 0 – 99 min.	TAK podać	
8.	Wyposażenie każdego inhalatora: <ul style="list-style-type: none"> maska dla dorosłych – 2 szt., maska dla dzieci – 2 szt., ustnik – 2 szt., filtr, pojemnik na lekarstwo, waż silikonowy do inhalacji, kabel zasilający. 	TAK	
9.	Waż silikonowy do inhalacji długości min. 90 cm , możliwość sterylizacji węża inhalacyjnego w autoklawie parowym.	TAK podać	
10.	Obudowa łatwa do utrzymania czystości, odporna na środki dezynfekcyjne.	TAK	

11.	Wózek na podstawie jezdnej, z uchwytem na wąż silikonowy oraz butelkę do stałego dostarczania leku – 1 szt.	TAK	
III	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)