

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kabina do fototerapii – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Kabina do fototerapii całego ciała promieniowaniem UVA i UVB	TAK	
2.	fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Zasilanie 230V 50Hz lub 3-fazowe 400V, 50Hz	TAK	
7.	Komunikacja w języku polskim.	TAK	
II.	TRYBY PRACY:		
1.	Naświetlanie promieniowaniem UVA	TAK	
2.	Balneofototerapia	TAK	
3.	Helioterapia	TAK	
4.	Selektywna fototerapia UVA i UVB	TAK	
5.	Fotochemoterapia	TAK	
III	PARAMETRY:		
1.	Kabina powinna zawierać co najmniej 28 promienników	TAK, podać	
2.	Promienniki 100W UVB 311 nm co najmniej 14 szt.	TAK, podać	
3.	Promienniki 100W UVA co najmniej 14 szt.	TAK podać	
4.	Startery elektroniczne przedłużające żywotność promienników UVB	TAK,	
5.	Pomiar natężenia promieniowania w trakcie naświetlania przez co najmniej 4 czujniki	TAK, podać	
6.	Płyty akrylowe przed promiennikami uniemożliwiające bezpośredni kontakt pacjenta z promiennikami.	TAK	
7.	Okienko z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naświetlania	TAK	
8.	Stałe wskazania stopnia zużycia promienników	TAK	
9.	Sterowanie elektroniczne umożliwiające podawanie dawek w J/cm ² zabezpieczone przez błędny wpisaniem dawki	TAK	
10.	System wentylacji i wietrzenia wnętrza kabiny	TAK	
11.	Automatyczne wyłączenie promienników przy otwieraniu drzwi	TAK	
12.	System alarmowo-wyłączeniowy promienników w przypadkach awaryjnych	TAK	
13.	Kształt kabiny pozwalający na jednakową odległość pacjenta od promienników – jednakowe naświetlanie pacjenta z każdej strony	TAK	

14.	Wyłącznik bezpieczeństwa, odcinający dopływ prądu (wyłączający kabinę) w nagłych wypadkach co najmniej 1 szt.	TAK podać	
15.	Wewnątrz i na zewnątrz uchwyty drzwi umożliwiające łatwe otwieranie	TAK	
VI	POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:		
1.	Okulary ochronne dla pacjentów co najmniej 5 szt.	TAK podać	
2.	Okulary ochronne dla personelu co najmniej 2 szt.	TAK podać	
VII	Dokumentacja i montaż		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Dostawa sprzętu, montaż oraz szkolenie personelu po stronie wykonawcy	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)