

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ssak – 1 sztuka.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2014.	TAK	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
5.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry:		
1.	Ssak elektryczny na podstawie jezdnej, wykonanej ze stopów niekorodujących, koła z hamulcami.	TAK	
2.	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę.	TAK	
3.	Obudowa ssaka odporna na środki dezynfekcyjne.	TAK	
4.	Maksymalne podciśnienie do min. 85 kPa.	TAK, podać	
5.	Maksymalny przepływ powietrza w zakresie 30 – 33 l/min	TAK, podać	
6.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.	TAK	
7.	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.	TAK	
8.	Pompa tłokowa, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.	TAK	
9.	Włącznik/wyłącznik nożny wbudowany w podstawę jezdną	TAK/NIE parametr punktowany	
10.	Zbiorniki na wydzielinę montowane na szynę.	TAK/NIE parametr punktowany	
11.	Zabezpieczenie przed zaciągnięciem odsysanych płynów do wnętrza pompy lub wylaniem się ich poza układ ssący.	TAK, opisać	
III.	Wyposażenie:		
1.	Kompletny zbiornik 2 lub 3 litrowy na wydzielinę z pokrywą i uchwytem, filtrem antybakteryjnym, drenami do połączenia, wielorazowego użytku, z tworzywa nietłukącego się, z podziałką, do sterylizacji w temperaturze 134°C – 2 szt.	TAK, podać	
2.	Dren silikonowy długość min 2 m.	TAK, podać	
IV.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna o ile nie jest w języku polskim (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)