

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GŁOWICA PRZEPRZĘŁKOWA DO APARATU USG – 1 SZTUKA

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. INFORMACJE OGÓLNE:			
1.	Głowica przezprzełykowa fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego głowicy.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Głowica przezprzełykowa do aparatu USG produkcji Philips typ HD15 nr seryjny USD 1120621 z roku produkcji 2011 posiadanego przez Zamawiającego.	TAK	
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:			
1.	Głowica sektorowa do badań przezprzełykowych dla osób dorosłych.	TAK	
2.	Zakres częstotliwości 2,0-7,0 MHz.	TAK	
3.	Płaszczyzna obrazowania w zakresie 0-180°.	TAK	
4.	Tryby pracy i obrazowania głowicy: <ul style="list-style-type: none"> o Obrazowanie 2D, o Doppler kolorowy CD i CPA, o Doppler pulsacyjny PW, o Doppler fali ciągłej CW, o Doppler tkankowy TDI, o Doppler z wysoką częstotliwością powtarzania impulsu Hight – PRF, o Obrazowanie harmoniczne, XRES, LVO. 	TAK	
III. WYPOSAŻENIE:			
1.	Dedykowana wianienka do wyżej opisanej głowicy przeznaczona do dezynfekcji.	TAK	
2.	Futerat przeznaczony do przechowywania głowicy.	TAK	
3.	Oślonka na końcówkę głowicy do przechowywania głowicy	TAK	
IV. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) wraz z instrukcją mycia i dezynfekcji głowicy oraz wykazem środków dezynfekcyjnych - dostarczyć wraz z głowicą.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)