

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## APARAT DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
<b>I. INFORMACJE OGÓLNE:</b>			
1.	Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2015.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Zasilanie 220÷240 V, 50/60 Hz, zasilanie akumulatorowe.	TAK	
6.	Waga max. 8 kg.	podać	
<b>II. PARAMETRY TECHNICZNE:</b>			
1.	Aparat do ogrzewania pacjenta ciepłem suchym.	TAK	
2.	Minimum 4 zakresy temperatur, z opcją szybkiego ogrzania pacjenta.	TAK, podać	
3.	Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny wraz z automatycznym wyłączeniem grzałki.	TAK	
4.	Zabezpieczenie termiczne.	TAK	
5.	Prezentacja na wyświetlaczu temperatury i alarmów.	TAK	
6.	Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA).	TAK	
7.	Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia, wskazujący ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra.	TAK	
8.	Giętki przewód grzewczy o długości min. 1,8 m.	TAK, podać	
9.	Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem.	TAK	
10.	Podstawa jezdna do aparatu - wózek z koszykiem na kołdry z blokadą dwóch kół.	TAK	
11.	Możliwość przewieszenia aparatu na łóżko pacjenta - wieszak.	TAK	
<b>III. WYPOSAŻENIE:</b>			
1.	Kołdry jednorazowego użytku na całe ciało dla osoby dorosłej, posiadające otwory do podłączenia przewodu grzewczego – 25 szt.	TAK	
<b>IV. DOKUMENTACJA:</b>			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) – dostarczyć wraz z urządzeniami.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)