

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LAMPA DO NAŚWIETLEŃ – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE DLA KAŻDEJ LAMPY			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
4.	Rok produkcji 2015.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK	
7.	Promiennik IR-1 375W	TAK	
8.	Filtr niebieski.	TAK	
9.	Filtr czerwony.	TAK	
10.	Siatka zabezpieczająca.	TAK	
11.	Wyłącznik czasowy: 10 min., 15 min., 20 min.	TAK	
12.	Okulary ochronne pacjenta.	TAK	
13.	Okulary ochronne operatora.	TAK	
14.	Statyw wolnostojący jezdny.	TAK	
II. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)