

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BALKONIKI – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	PARAMETRY		
1.	Balkonik z podpaszkami.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Rok produkcji 2015.	TAK	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	TAK	
7.	Rama z aluminium na czterech kółkach.	TAK	
8.	Uchwyty – pianka poliuretanowa	TAK	
9.	Ławeczka – np.: polipropylen	TAK	
10.	Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 62 cm • długość 50 cm • wysokość podpaszek regulowana w min. zakresie od 80 - do 97 cm 	TAK	
11.	Maksymalne obciążenie min.: 100 kg.	TAK, podać	
II.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)