

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LARYNGOSKOP – 6 szt.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I	Wymagania ogólne.		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II	Wymagania szczegółowe.		
1.	Rękojeść laryngoskopowa światłowodowa zasilana dwoma bateriami R14, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard zamka).	TAK	
2.	Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 2 (długość całkowita 115 mm, szerokość końca dystalnego 13 mm) typu Macintosh.	TAK	
3.	Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 3 (długość całkowita 135 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm) typu Macintosh.	TAK	
4.	Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 3m (bardziej wygięta, długość całkowita 135 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm) typu Macintosh.	TAK	
III	Wyposażenie.		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)