

Charakterystyka aparatów do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych (2 sztuki)

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
I.	Wymagania ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Wymagania szczegółowe:		
1.	Ciągła hemodiafiltracja żylna-żylna.	TAK	
2.	Hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową.	TAK	
3.	Plazmafereza.	TAK	
4.	Wolna ciągła ultrafiltracja.	TAK	
5.	Komunikacja z operatorem w języku polskim.	TAK	
6.	Zasilanie awaryjne na minimum 10 minut.	TAK	
7.	Możliwość odłączenia pacjenta (np. do przeprowadzenia toalety, krótkiego zabiegu operacyjnego) bez zakończenia zabiegu (cały czas trwa recyrkulacja w aparacie) i ponownego podłączenia pacjenta do aparatu (bez konieczności wymiany żadnej części zestawu).	TAK	
8.	Wieszak na podwójną ilość worków 5-cio litrowych.	TAK	

Uwaga: należy zaoferować 2 urządzenia tego samego rodzaju (typ / model).

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)