

LAS-2300/3-PN/62-2015

Rybnik, dnia 25.05.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów medycznych

(zamówienie nr LAS-2300-PN/62-2015)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.04.2016 r., nr 2016/S 081-143887

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

#### **UWAGA:**

**PONIŻSZE ZAPISY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WSKAZUJĄ, W JAKI SPOSÓB WYKONAWCA MA SPORZĄDZIĆ OFERTĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI UJĘTYCH W NINIEJSZYM PIŚMIE.**

#### **Pytanie 1: „Pytanie do pakietu 42 – Wkład do pompy artroskopowej prod. Smith and Nephew**

*Czy Zamawiający w pakiecie 42 dopuści zestaw drenów jednorazowych składający się z drenu doprowadzającego plus drenu odprowadzającego do shakera – 400 kompletów wraz z nieodpłatnym wypożyczeniem pompy jednorolkowej na czas trwania umowy?”*

**Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.**

#### **Pytanie 2: „Pyt do pak 48 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz 2**

*Cewnik trójkanałowy wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcenia, symetryczna końcówka, ramiona proste oraz zakrzywione, rozmiar z zakresu 12 F o długości do wyboru : 15cm, 20cm, w zestawie do implementacji”*

**Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.**

#### **Pytanie 3: „Pyt do pak 48 Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne którymi dysponuje wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz 1”**

**Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.**

**Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu**

#### **Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

**Fax:** 032 42-28-272

**Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765**

J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 5:** „Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu 48 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi na analogiczne pytanie odpowiadając na pytanie nr 3.

**Pytanie 6:** „**Pakiet 65 poz.1-4** Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.”

**Odpowiedź 6:** W przedmiotowym pakiecie nr 65 zamawiający dopuszcza, by wykonawca zmodyfikował formularz cenowy wprowadzając jako jednostkę miary opakowanie – nie większe niż 10 szt. (z zastrzeżeniem, że szacunkowa ilość sztuk będzie podzielna przez liczbę sztuk w oferowanym opakowaniu), dokonując stosownego przeliczenia ilości jednostek miary i zaoferował cenę jednostkową z dokładnością do 0,01 zł za takie opakowanie.

**Pytanie 7:** „**Projekt umowy- §1 pkt. 4** Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: >>Prawo opcji<< w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 8:** „**Projekt umowy- §1 pkt. 8** Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostaw do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia? Czy istnieją kilka miejsc dostaw?”

**Odpowiedź 8:** Zgodnie z § 1 pkt 8 umowy przedmiot dostawy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do pomieszczeń magazynowych SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetyków 46, wskazanych przez Zamawiającego (tj. wraz z rozładunkiem) z zachowaniem standardów narzuconych przez producenta. Dodatkowo zamawiający informuje, iż dostawy będą odbywać się do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej.

**Pytanie 9:** „**Projekt umowy- §4 pkt. 4** Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?”

**Odpowiedź 9:** Zgodnie w §4 ust. 3 umowy „**Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji uregulowanych poniżej.**”, natomiast zgodnie z ust. 4 tego paragrafu umowy: „**Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wpływającej na wysokość kosztów wykonania zamówienia Wykonawcy, proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.**” W przypadku zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wysokość kosztów wykonania zamówienia zmianie może ulec cena brutto.

**Pytanie 10:** „Dotyczy Pakietu nr 50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania ofert na poszczególne pozycje lub wydzieli z Pakietu nr 50 pozycje nr 2 i utworzy odrębny pakiet oraz czy dopuści w poz. 2 długość szczypiec biopsyjnych 240 cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. Jednocześnie zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 11:** „Pakiet nr 50 Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 50 dopuści zaoferowanie szczoteczek o średnicy włosia 5 mm i 10 mm, długość robocza 2500 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 12:** „Pakiet nr 61 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 6 i 7 Pakietu nr 61, parametry worków zgodne z opisem.”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**uwaga: pytania od nr 13 do nr 15 dotyczą pakietu nr 63**

**Pytanie 13:** „Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 8 Pakietu nr 63, parametry drutów zgodne z opisem.”

**Pytanie 14:** „Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 9 Pakietu nr 63, parametry drutów zgodne z opisem.”

**Pytanie 15:** „Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 10 Pakietu nr 63, parametry koszyków zgodne z opisem”

**Odpowiedź 13-15:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 16:** „**Pakiet 47** Czy zamawiający, kierując się uzyskaniem jak najlepszej ceny zakupu dopuści do zaoferowania znanne mu Zestawy europejskiego producenta tj.:

**lp.1** Cewnik permanentny rozmiar 14,5- 16 F, wymagane długości (od mufki do końcówki) do wyboru przez Zamawiającego 19,23,27,31,35, 50 cm rozdwojona końcówka, charakteryzującymi się przepływami do 400ml/min. Zestawy z cewnikiem prostym lub zagiętym”

**Pytanie 17:** „**Pakiet 47** Czy zamawiający, kierując się uzyskaniem jak najlepszej ceny zakupu dopuści do zaoferowania znanne mu Zestawy europejskiego producenta tj.:

**lp.2** Cewnik permanentny rozmiar 14,5- 16 F, wymagane długości (od mufki do końcówki) do wyboru przez Zamawiającego 19,23,27,31,35, 50 cm niesymetrycznie zakończona lub schodkowa końcówka, charakteryzującymi się przepływami do 400ml/min. Zestawy z cewnikiem prostym lub zagiętym ?”

**Odpowiedź 16-17:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższych pytaniach w zakresie rozmiarów i wymaganych długości oraz końcówek przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 18:** „**Pakiet 49** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania poniższe produkty europejskiego producenta: **Lp. 1** Folia z medycznego silikonu **50 x 70mm x 0,5 mm,**”

**Pytanie 19:** „**Pakiet 49** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania poniższe produkty europejskiego producenta: **Lp. 2** Folia z medycznego silikonu **50 x 70mm x 1,0 mm**”

**Pytanie 20:** „**Pakiet 49** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania poniższe produkty europejskiego producenta: **Lp. 3** Przyrząd jednorazowy do drenażu jamy bębenkowej typ shepard z ogonkiem (średnica wew. 1,1mm) Zdjęcie poglądowe?



Odpowiedź 18-20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 21: „**Pakiet 63 lp.6,7,8,9** Czy zamawiający kierując się zwiększeniem konkurencyjności oraz uzyskaniem jak najlepszej ceny zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 6,7,8,9 do osobnego pakietu ?”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 22: „**Pakiet 29 – pozycja 1 i 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wraz z klipsami – klipsownicy nieautomatycznej kompatybilnej do zaoferowanych klipsów, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?”


Odpowiedź 22: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania rozwiązania wskazanego w pytaniu.

Pytanie 23: „**Pakiet 61 – pozycja 3** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania trokara o średnicy 12mm czy 15mm, z redukcją tylko 5/12mm (jak w opisie) czy również 5/15mm?”

Odpowiedź 23: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w ww. zakresie w poz. 3 formularza cenowego nadając mu brzmienie: „**Jednorazowy, sterylny, bezpieczny, ostrzowy trokar , z systemem ochrony ostrza, z min. 2-stopniowym zaworem (do insuflacji i zatrzymania insuflacji), śr. 12/15mm, dł. 100-110mm, posiadający redukcję 5/12mm lub 5/15mm. Powierzchnia kaniuli trokara ożebrowana. Pakowane w komplecie(kaniula + przebijak). Kompatybilny z laparoskopem prod. Aesculap.**”. Niniejszą modyfikację dla ww. pozycji należy nanieść w ww. kolumnie – pod rygorem odrzucenia oferty. Jednocześnie zamawiający dokonuje korekty numerów pozycji w kolumnie „L.p.” z: „1.,2.,3.6.,7.” na: „1.,2.,3.,4.,5.”.

Pytanie 24: „**Pytania do Pakietu Nr 49 Rybnik 2016**

Czy Zamawiający w poz. nr 1 i 2 dopuści do postępowania folie wykonane z biokompatybilnego elastomeru silikonowego z możliwością bieżącego przycinania w trakcie zabiegu sterylnym narzędziem? Rozmiar (50x50) mm i grubość w zakresie od 0,13 mm do 3,20 mm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu jak na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź 24: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania rozwiązania wskazanego w pytaniu.

Pytanie 25: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania w poz. 3 przyrząd jednorazowego użytku do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, sterylny, pakowany pojedynczo o średnicy 1.14 mm?”

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym

i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 26:** „Dotyczy Części nr 9 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia biały pojemnik z pomarańczowym nadrukiem spełniający pozostałe wymagania siwz? ”

**Odpowiedź 26:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania rozwiązania wskazanego w pytaniu.

**Uwaga: pytania od nr 27 do nr 32 dotyczą SIWZ.**

**Pytanie 27:** „Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.”

**Odpowiedź 27:** Zgodnie z § 2 pkt 4 wszelkie koszty transportu przedmiotu dostawy do momentu wydania zamawiającemu obciążają wykonawcę, a ponadto zgodnie z § 1 pkt 8 wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy do pomieszczeń magazynowych SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetyków 46, wskazanych przez Zamawiającego (tj. wraz z rozładunkiem) z zachowaniem standardów narzuconych przez producenta – stąd wykonawca może wywiązać się z ww. obowiązków we własnym zakresie lub może w tym zakresie powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy (co należy wskazać w formularzu oferty w punkcie 13), za którego prace (zgodnie z § 6 wzoru umowy) ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność. Zamawiający nie zmienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu – nie wprowadza w tym zakresie dodatkowych wymagań.

**Pytanie 28:** „Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?”

**Odpowiedź 28:** W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 8, zgodnie z § 1 pkt 8 umowy przedmiot dostawy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do pomieszczeń magazynowych SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetyków 46, wskazanych przez Zamawiającego (tj. wraz z rozładunkiem) z zachowaniem standardów narzuconych przez producenta. Zamawiający nie zmienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu – nie wprowadza w tym zakresie dodatkowych wymagań.

**Pytanie 29:** „Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyście wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.”

**Pytanie 30:** „W karcie produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu >>izoterma<<?”

**Pytanie 31:** „Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu >>izoterma<< do realizacji zamówienia?”

**Pytanie 32:** „Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce ?”

**Odpowiedź 29-32:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

**Pytanie 33:** „**Pakiet 4 lp.3/4** Czy zamawiający kierując się zwiększeniem konkurencyjności oraz uzyskaniem jak najlepszej ceny zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 3 i 4 do osobnego pakietu ?

## Zdjęcia poglądowe

### LARYNGOBLOC®

Laryngoskop światłowodowy jednorazowego użytku  
Nowa Koncepcja: "Zespolone" łyżka i rękojeść  
Materiał: Polipropylen



#### Łyżka i rękojeść:

- zabezpieczenie przed skręcaniem i składaniem dzięki "jednoczęściowej budowie"
- solidne, porównywalne do metalowej łyżki
- bez ryzyka kontaminacji
- łagodne dla uzębienia
- odporne na różnice temperatur

#### Light Block - wkład świetlny LED:

- ekstremalnie jasne światło
- stabilna jakość światła
- energooszczędne z długim czasem żywotności

„

**Odpowiedź 33:** Zamawiający wykreśla poz. 3 i 4 z pakietu przetargowego nr 4. Zmodyfikowana wersja formularza cenowego dla ww. pakietu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zaktualizowaną wersją – pod rygorem odrzucenia oferty.

**Uwaga: pytania od nr 34 do nr 36 dotyczą pakietu 67** „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości jednorazowe zestawy resuscytacyjne niemieckiego producenta wg poniższej specyfikacji:”

**„Zdjęcia poglądowe wszystkich zestawów”**



**Dorosły**



**Dziecko**



**Noworodek**

**Pytanie 34:** „**Lp.1 Zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla dorosłych** w składzie:

\*resuscytor jednorazowy dla dorosłych z uchwytem na rękę o pojemności 1500ml  
z zaworem ograniczającym ciśnienie do 40cm H<sub>2</sub>O z maską twarzową nr 5

\*rezewuar tlenowy o poj. 2500ml



\*Przewód tlenowy 2 m  
\*Adapter PEEP”

**Pytanie 35:** „**Lp.2 Zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla noworodków i małych dzieci** w składzie:

\*resuscytor jednorazowy dla noworodków i małych dzieci o pojemności 280ml z zaworem ograniczającym ciśnienie do 40cm H<sub>2</sub>O z maską twarzową nr 1  
\*rezewuar tlenowy o poj. 600 ml  
\*Przewód tlenowy 2 m  
\*Adapter PEEP”

**Pytanie 36:** „**Lp.3**

**Zestaw resuscytacyjny jednorazowy pediatryczny** w składzie:

\*resuscytor jednorazowy dla dzieci o pojemności 550ml z zaworem ograniczającym ciśnienie do 40cm H<sub>2</sub>O z maską twarzową nr 3  
\*rezewuar tlenowy o poj. 2500 ml  
\*Przewód tlenowy 2 m  
\*Adapter PEEP ?”

**Odpowiedź 34-36:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczanego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 37:** „Pakiet nr 1 –wyroby medyczne podstawowe Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia z pakietu pozycji nr 39 i 78 i utworzenia z nich osobnego pakietu ?”

**Odpowiedź 37:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 38:** „Pakiet nr 38 – Wyroby medyczne dla Pracowni Histopatologii Czy Zamawiający wymaga aby żyłki z pozycji 1 oraz 2 pochodziły od jednego producenta i były kompatybilne z posiadanymi uchwytami do wykorzystania zużytych żyłek typ Feather F80P oraz Feather F80 mini?”

**Odpowiedź 38:** Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego asortymentu z posiadanym przez zamawiającego uchwytami typu Feather F80P lub wymaga dostarczenia przez wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego 2 szt. uchwytów do wykorzystania zużytych żyłek kompatybilnych z zaoferowanym asortymentem.

**Pytanie 39:** „DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 4 i 5 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1:

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości opóźnionej części dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej części dostawy brutto objętej zamówieniem.”

**Odpowiedź 39:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 40:** „DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 4 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu?

#### UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu .....r. pomiędzy:

.....  
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....  
reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwanym w dalszej części Spółką

#### § 1. Przedmiot umowy

Spółka ..... zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ..... (zgodnie z załącznikiem).

#### § 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym ..... żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

#### §3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ..... zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniem .....niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ..... przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ..... w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

#### § 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ..... Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

#### § 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego ..... wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

#### § 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.



#### § 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od .....do ..... r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ..... w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

#### § 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ..... zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA”

**Odpowiedź 40: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. załącznika do umowy.**

**Uwaga: pytania od nr 41 do nr 45 dotyczą pakietu nr 1.**

**Pytanie 41: „poz. 12 i 13**

*W długościach podanych przez Zamawiającego*

*Prosimy o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego CH 25 ( 1CH to 0,33 mm) wzmocnionego na całej swojej długości z uniwersalną rozszerzoną końcówką , z możliwością docięcia średnicy 8 – 18 mm, sterylny, podwójnie pakowany.”*

**Odpowiedź 41: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 42: „poz. 24**

*Prosimy o dopuszczenie łączników do drenów, sterylnych , prostych w zakresie 6-9.*

*Prosimy o sprecyzowanie czy podane rozmiary to długość czy średnica?*

*Jeśli jest to podana średnica łącznika to jednostką miary są mm?”*

**Odpowiedź 42: Zamawiający modyfikuje opis w kolumnie: „Rozmiar” na brzmienie: „średnica 6-9 mm”. Niniejszą modyfikację dla ww. pozycji należy nanieść w ww. kolumnie – pod rygorem odrzucenia oferty.**

**Pytanie 43: „poz. 24**

*Prosimy o dopuszczenie łączników do drenów, sterylnych Y w zakresie 6-9.*

*Prosimy o sprecyzowanie czy podane rozmiary to długość czy średnica?*

*Jeśli jest to podana średnica łącznika to jednostką miary są mm?”*

**Odpowiedź 43: Zamawiający modyfikuje opis w kolumnie: „Rozmiar” na brzmienie: „średnica 6-9 mm x 6-9 mm x 6-9 mm”. Niniejszą modyfikację dla ww. pozycji należy nanieść ww. kolumnie – pod rygorem odrzucenia oferty.**

**Pytanie 44: „poz. 46**

*Prosimy o dopuszczenie :*

*Zestaw do odsysania pola operacyjnego bez kontroli z ukształtowaną rękojeścią oraz niezalamującym się drenem o średnicy CH 25, posiadającym zakończenie ułatwiające wymianę końcówek, końcówka typu Yankauer, o średnicy CH 20 - 23, sterylny, podwójne opakowanie”*

**Pytanie 45: „poz. 46**

*Prosimy o dopuszczenie :*

*Zestaw do odsysania pola operacyjnego, wzdłuż drenu wzmocnienie zapobiegające zaginaniu i skręcaniu drenu, zakończenie lejek-lejek z możliwością docięcia łącznika i przegubami umożliwiającymi zaginanie pod kątem 90° bez ryzyka zamknięcia światła drenu, końcówka do odsysania Yankauer standardowa, pojedyncze zagięcie, bez kontroli, sterylne rozmiar 25 CH ( 1 Ch=0,33mm)”*

**Uwaga: pytania od nr 46 do nr 49 dotyczą pakietu nr 5.**

**Pytanie 46: „Poz. 2**

*Prosimy o dopuszczenie*

*Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca o zaokrąglonym brzegu z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie końca rurki, z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni. Rozmiar rurki umieszczony na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym.*

*Wykonana z medycznego PVC bez lateksu, bez ftalanów, silikonowana*

*Wbudowana linia RTG na całej długości rurki aż do końcówki wyraźnie wskazującej głębokość intubacji. Rozmiary 5 do 10 co 0,5m sterylne, opakowanie folia-papier.”*

**Pytanie 47: „Poz. 4**

*Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca o zaokrąglonym brzegu z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie końca rurki i zaokrągleniem końcówki umożliwiającą intubację przy użyciu bronchofiberoskopu, z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni. Zbrojona z technologią spiralnego płaskiego splotu. Rozmiar rurki umieszczony na rurce, łączniku 15mm i baloniku. Wykonana z medycznego PVC bez lateksu, bez ftalanów, silikonowana. linia RTG na całej długości rurki w postaci metalowej spirali.*

*. Rozm. 5,0 do 9,0 co 0,5, sterylne opakowanie folia-papier.”*

**Odpowiedź 44-47: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 48: „poz. 5**

*Prosimy o dopuszczenie Przedłużacz sterylne do rurek tracheostomijnych bez kominka, wewnętrzna powierzchnia gładka, dł. 15 cm.”*

**Pytanie 49: „poz. 6 Przedłużacze sterylne do rurek tracheostomijnych z podwójnie obrotowym kominkiem z możliwością wprowadzenia bronchoskopu, wew. powierzchnia gładka, dł. 15cm”**

**Odpowiedź 48-49: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższych pytaniach.**

**Pytanie 50: „Pakiet 14 poz. 1**

*Prosimy o dopuszczenie rurek tak jak w opisie wykonanych z medycznego PVC lub polietylenu.*

*Rurka tracheostomijna z polietylenu lub PVC bez okienka sterylne, 2 kaniule wymienne, kołnierz z tasiemką lub opaską*

*Średnice: 5,0x 9,0-9,1mm dł. 60-62*

*6,0 x 10-10,2 mm dł. 65-70mm*

*7,0 x 11-11,2 mm dł. 70-72mm*

*8,0 x 12-12,2 mm dł. 75-80mm*

*9,0 x 13-13,1 mm dł. 80-82mm*

*10,0 x 14,3 mm dł. 90-91mm*

*11,0 x 14,5 mm dł. 95-96mm*

*12,90 x 16,0 mm dł. 100mm”*

**Pytanie 51: „Pakiet 14 poz. 4**

*Prosimy o dopuszczenie rurek tak jak w opisie wykonanych z medycznego PVC lub polietylenu.*

*Rurka tracheostomijna z polietylenu lub PVC z otworami fenestracyjnymi (z kpkienkiem) sterylna, 2 kaniule wymienne, kołnierz z tasiemką lub opaską  
Średnice: 5,0x 9,0-9,1mm dł. 60-62  
6,0 x 10-10,2 mm dł. 65-70mm  
7,0 x 11-11,2 mm dł. 70-72mm  
8,0 x 12-12,2 mm dł. 75-80mm  
9,0 x 13-13,1 mm dł. 80-82mm  
10,0 x 14,3 mm dł. 90-91mm  
11,0 x 14,5 mm dł. 95-96mm  
12,90 x 16,0 mm dł. 100mm”*

**Odpowiedź 50-51:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 52:** „Pakiet 16 Poz.1 i 2 Czy chodzi o łyżki światłowodowe zgodnie z zielonym standardem ISO7376-3?”

**Odpowiedź 52:** Zamawiający informuje, iż zaoferowane łyżki muszą być kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego rękojeścią HEINE.

**Uwaga: pytania od nr 53 do nr 60 dotyczą pakietu nr 1.**

**Pytanie 53:** „poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dostępne w rozmiarach Ch 6-22?”

**Odpowiedź 53:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 54:** „poz. 8 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem 5-15ml oraz 30-45ml?”

**Odpowiedź 54:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, iż rozmiar balonu ma się mieścić w przedziale 5-45ml; w zależności od rozmiaru cewnika dopuszcza balon 5-15 ml oraz 30-45 ml.

**Pytanie 55:** „poz. 14 Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr z silikonu o długości ramion 45x18cm?”

**Odpowiedź 55:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 56:** „poz. 17 Czy nie zaszła omyłka i zamawiający ma na myśli butelkę Redon 250ml z zaworem bezpieczeństwa i drenem łączącym?”

**Odpowiedź 56:** Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 17 pakietu nr 1 nadając mu następujące brzmienie: „*Butelka Redon wersja bezpieczna, z zaworem bezpieczeństwa, 250 ml, dren łączący, uniwersalna końcówka schodkowa od CH 6 do CH8, sterylna*”. Niniejszą modyfikację dla ww. pozycji należy nanieść w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” – pod rygorem odrzucenia oferty.

**Pytanie 57:** „poz. 23 Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pakowane pojedynczo?”

**Odpowiedź 57:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym; dopuszcza końcówki pakowane pojedynczo.

**Pytanie 58:** „poz. 46 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem Ch 24?”

**Odpowiedź 58:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 59:** „poz. 64 Czy Zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu znajdowała się oryginalnie nadrukowana instrukcja obsługi?”

**Odpowiedź 59:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 60:** „poz. 66 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Odpowiedź 60:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, iż kieliszki mają być w opak. max 100 szt.; dopuszcza się opakowanie handlowe a’ 75 szt., lecz nie zmienia jednostki miary „szt.”, cena ma dotyczyć 1 szt. kieliszka.

**Uwaga:** pytania od nr 61 do nr 64 dotyczą pakietu nr 5.

**Pytanie 61:** „poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu skalowane, co 2cm?”

**Odpowiedź 61:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 62:** „poz. 2, 4 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby 15mm był kolorystycznie oznaczony.”

**Odpowiedź 62:** : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 63:** „poz. 5 Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?”

**Pytanie 64:** „poz. 6 Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?”

**Odpowiedź 63-64:** : Zamawiający udzielił już odpowiedzi w ww. zakresie odpowiadając na pytania nr 48-49.

**Pytanie 65:** „Pakiet 6, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe posiadające informację o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu oraz zakresie wagowym na korpusie zamiast na baloniku kontrolnym?”

**Odpowiedź 65:** : Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 66:** „Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worek na następujących parametrach:

- wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
- zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia
- komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca >>suchą<< barierę powietrzną
- dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu

- na drenie klema zaciskowa typu przesuwne oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2 000 ml
- zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu?

**Odpowiedź 66:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 67:** „Pakiet 60 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca z drenem silikonowym zakończonym niskociśnieniowym balonem, który można wypełnić wodą lub roztworem soli fizjologicznej?”

**Odpowiedź 67:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 68:** „Pakiet nr 69 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a’200 szt (XS-L) oraz a’180szt (XL) z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 15 000 opakowań?”

**Odpowiedź 68:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach zawierających od 90 do 100 sztuk – z zachowaniem ilości 30 000 opakowań oraz od 180 do 200 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań na 15 000, przy czym oczekuje zaoferowania ceny za opakowanie wyłącznie 100- (w pierwszym przypadku, tj. dla ilości 30 000) lub 200-sztukowe (w drugim przypadku, tj. dla ilości 15 000), a także podania w ostatniej kolumnie informacji, jakie opakowania (w dopuszczonych granicach) wykonawca oferuje dla poszczególnych rozmiarów. Na etapie realizacji umowy wykonawca będzie dostarczał rękawice w opakowaniach zgodnych z podanymi w ostatniej kolumnie, a ich cena będzie ceną przeliczoną z podanej w ofercie ceny za opakowanie odpowiednio 100- lub 200-sztukowe, proporcjonalnie do liczby sztuk zawartej w danym opakowaniu, tj. opakowanie zawierające 90 / 180 szt. będzie proporcjonalnie tańsze. Wykonawca na fakturze musi podać liczbę sztuk rękawic zawartą w danym opakowaniu. Umowa w przypadku zaoferowania mniejszych opakowań będzie realizowana do kwoty brutto wynikającej z oferty, ilość tańszych opakowań może przekroczyć wskazaną w formularzu cenowym.

**Pytanie 69:** „Pakiet nr 70 poz. 1 Czy Zamawiający miał na myśli rękawice zgodne z normą EN 374-1,2,3 (w opisie jest podana norma EN 374-1,2,3)?”

**Odpowiedź 69:** Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 1 pakietu nr 70 nadając mu następujące brzmienie: „Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości dla lepszego komfortu pracy. Polimerowe na całej powierzchni, teksturowane tylko na palcach. Pozbawione substancji alergizujących. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Wyrób zgodny z normami EN 455, EN 374-1,2,3 (Przebadany na minimum 3 substancje z załącznika A normy na co najmniej 2 poziomie ochrony), ASTM F 1671, EN 388, EN 420. Potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od wytwórcy. W rozmiarach S-XL. Dozowane z podajników ściennych z możliwością wyjmowania pojedynczej rękawicy od dołu za mankiet co zapobiega kontaminacji powierzchni roboczych rękawicy. Opakowanie 250 sztuk.”. Niniejszą modyfikację dla ww. pozycji należy nanieść w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” – pod rygorem odrzucenia oferty.

**Pytanie 70:** „Dotyczy Pakietu nr 15, Poz.1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania.

NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZAŁĘTA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.



”

**Pytanie 71: „Dotyczy Pakietu nr 15, Poz.2**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości, konkurencyjnego cenowo, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 15, pozycji 2 elektrod pediatricznych spełniających wszystkie wymagania SIWZ o powierzchni całkowitej 36cm<sup>2</sup>.”

**Pytanie 72: „- czy zamawiający w pakiecie 48 pozycji 1 dopuści Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy w rozmiarze 10 Fr, ramiona proste oraz zakrzywione, kontrastujący w rtg, o długości 15 lub 20 cm, do wyboru przez zamawiającego. Cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr od 9 cm od dystalnej końcówki. Elastyczny skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna.**

Opakowanie zawiera:

- 1 dwuświatłowy cewnik (PUR XRO)
- 1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4 długość 70 cm)
- 1 stopniowany „J” przewodnik długość 60cm
- 2 koreczki do wstrzykiwania
- 1 dylatator
- 1 skalpel”

**Pytanie 73: „- czy zamawiający w pakiecie 48 pozycji 2 dopuści Dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy w rozmiarze 12Fr, ramiona proste oraz zakrzywione, kontrastujący w rtg, o długości 15 lub 20 cm, do wyboru przez zamawiającego. Cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr od 9 cm od dystalnej końcówki. Elastyczny skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna.**

Opakowanie zawiera:

- 1 dwuświatłowy cewnik (PUR XRO)
- 1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4 długość 70 cm)
- 1 stopniowany „J” przewodnik długość 60cm
- 2 koreczki do wstrzykiwania
- 2 dylatatory 8 i 12 Fr (dla cewników 12 Fr)
- 1 skalpel”

**Odpowiedź 70-73: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.**

**Pytanie 74: „Dotyczy pakietu nr 11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do aspiracji szpiku kostnego w następujących rozmiarach:**

- 15 i 16G x 50mm – możliwość regulacji 30-50mm, długość igły po zdjęciu ogranicznika – 67mm,
- 15 i 16G x 70mm – możliwość regulacji 50-70mm, długość igły po zdjęciu ogranicznika – 87mm.”

**Odpowiedź 74: Zamawiający modyfikuje opis w kolumnie rozmiar na brzmienie: „15 G i 16G/100mm 15G i 16G/68mm” i jednocześnie dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego**



w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczanego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 75:** „dotyczące zapisów umowy – paragraf 3 punkt 7: Ponieważ wykonawca udziela gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia (więc ponosi odpowiedzialność) więc wzywanie firmy zewnętrznej w celu dokonania naprawy jest bezcelowe – prosimy o zmianę zapisów punktu 7 na >>Naprawa będzie przeprowadzona przez Wykonawcę/serwis Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powstania szkody<<”

**Pytanie 76:** „dotyczące zapisów umowy – paragraf 3 punkt 8 i 9 : zgodnie z odpowiedzialnością w ramach udzielonej gwarancji prosimy o wykreślenie z umowy zapisów punktu 8 z paragrafu 3 oraz zmianę zapisu pkt 9 na>> w przypadku uszkodzenia o którym mowa w pkt. 6, Wykonawca zobowiązuje się na czas naprawy urządzenia dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od naprawianego urządzenia?”

**Pytanie 77:** „Projekt umowy par. 5 ust. 1a Prosimy o dopisanie >>(…) ale nie więcej niż 10% wartości brutto danego pakietu<<.”

**Pytanie 78:** „Projekt umowy par. 3 ust. 3a (pierwszy odnośnik) Prosimy o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.”

**Odpowiedź 75-78:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 79:** „Czy Zamawiający w zadaniu 60 pozycja 1 wymaga, aby system posiadał badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania u pacjenta przez okres 29 dni ( ewentualnie dalej- bez konieczności codziennego odbarczenia)?”

**Pytanie 80:** „Czy Zamawiający w zadaniu 60 pozycja 1 wymaga by system posiadał kieszonkę na palec wiodący, umożliwiającą nietraumatyczne zakładanie u pacjenta?”

**Odpowiedź 79-80:** Zamawiający modyfikuje opis w kolumnie: „**Opis przedmiotu zamówienia**” na brzmienie: „**System do kontrolowanej zbiórki stolca o konsystencji płynnej, z miękkim silikonowym drenem zakończonym niskociśnieniowym balonikiem wypełnionym wodą, drugi koniec połączony z jednorazowym wymiennym workiem zbiorczym, z filtrem węglowym, z kieszonką na palec wiodący, umożliwiającą nietraumatyczne zakładanie u pacjenta. Możliwość stosowania u pacjenta przez okres 29 dni potwierdzona badaniami klinicznymi. W zestawie komplet min. 3 worków.**”. Niniejszą modyfikację dla ww. pozycji należy nanieść ww. kolumnie – pod rygorem odrzucenia oferty.

**Pytanie 81:** „Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy dot. Zadania 60 w §3 ust. 3 na: >> Termin wskazany w ust. 2 nie będzie krótszy niż: - 5 dni roboczych, gdy reklamacja dotyczy braków ilościowych i 14 dni w przypadku braków jakościowych?<<”

**Odpowiedź 81:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 82: „Pakiet nr 47: Cewniki permanentne do dializy**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 47 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu cewnika naczyniowego, permanentnego 15 Fr z poliuretanu Carbothane o płynnym przepływie, hemodynamicznej w kształcie końcówce, zapobiegającym przyssaniu się cewnika do ścian naczynia o najwyższej zgodności tkankowej i odporności na załamania, środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu i jodyny, cechującym się wytrzymałością i zapewniającym trwałość jak również miękkość i giętkość co ma wpływ na komfort pacjenta? Długości do mufy dakronowej: 19cm, 23cm, 28cm, 33cm; w skład zestawu wchodzi m.in. przewód typu J z Nitinolu który nie ulega odkształceniom.”

**Pytanie 83: „Pakiet nr 48: Cewniki do dializy**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 48 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika czasowego dwuświatłowego 13Fr, z zaawansowanego poliuretanu Tecoflex (ultra cienki -65 shore) odpornego na załamania i skręcenia, z schodkową końcówką, wysokoprzepływowego, długości 15cm, 17,5cm, 20cm, 25cm, o ramionach prostych lub zagiętych, z przewodnikiem typu J z Nitinolu nieulegającym odkształceniom oraz kompletnym zestawem. W poz. 2

cewnika trójkanałowego 12Fr wykonanego z poliuretanu Tecoflex, odpornego na załamania i skręcenia, z symetryczną końcówką, ramionami prostymi lub zakrzywionymi, długościami 15cm, 17,5cm, 20cm, 25cm w zestawie do implementacji?”

**Odpowiedź 82-83:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Pytanie 84:** „*Pakiet 7, poz. 9-11 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.*”

**Odpowiedź 84:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 85:** „*Pakiet 7, poz. 9-11 Czy Zamawiający dopuści w/w kranik z optycznym wskaźnikiem pozycji otwarty/zamknięty.*”

**Odpowiedź 85:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 86:** „*Pakiet 7, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z niebieskim i czerwonym pokrętkiem dla określenia linii.*”

**Odpowiedź 86:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 87:** „*Pakiet 8, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.*”

**Odpowiedź 87:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 88:** „*Dotyczy Pakiet nr 36 Uprzejmie prosimy o określenie czy w razie otrzymania ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?*”

**Odpowiedź 88:** Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym ceny za 1 mb, na etapie realizacji umowy po uzgodnieniu z konkretnym wykonawcą ilości metrów w 1 rolce zamawiający będzie zamawiać odpowiednią ilość rolek.

**Pytanie 89:** „*Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.*”

**Odpowiedź 89:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi na analogiczne pytanie odpowiadając na pytanie nr 7.

**Pytanie 90:** „*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: >>Ponadto strony dopuszczają podwyższenie lub obniżenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.<<? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art.*

144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.”

**Pytanie 91:** „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo >>opóźnienia<< zostało zastąpione słowem >>zwłoki<<? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.”

**Pytanie 92:** „Jak należy rozumieć zwrot użyty w § 5 ust. 1 wzoru umowy: >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<<? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<< zostały zastąpione słowami >>wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka<<? Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy.”

**Pytanie 93:** „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: >>Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b, c lub d Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.<<?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

**Odpowiedź 90-93:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 94:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 69 pozycji nr 3 rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej w kat. III spełniających normę EN 374 – 1 (z wył. 5.3.2) – 2-3.”

**Odpowiedź 94:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 95:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 69 pozycji nr 1, rękawic diagnostycznych posiadające rozciągliwość przed starzeniem wynoszącą 650%.”

**Odpowiedź 95:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Uwaga: pytania od nr 96 do nr 100 dotyczą pakietu nr 6.**

**Pytanie 96:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga maski anestetycznej z nadmuchiwanym mankietem jednorazowego użytku w rozmiarach 3, 4, 5, 6?”

**Odpowiedź 96:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 97:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści wysokiej jakości maskę dla dorosłych do tlenoterapii o następujących parametrach: >>Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem o długości min. 210 cm. Maski tlenowe i rezerwuary wykonane są z polichlorku winylu. Maski tlenowe wyposażone w aluminiowy zacisk na nos. Objętość rezerwuaru tlenu ok. 600 ml.<<”

**Pytanie 98:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści wysokiej jakości maskę dla dzieci do tlenoterapii o następujących parametrach: >>Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dzieci z rezerwuarem tlenu i drenem o długości min. 210 cm. Maski tlenowe i rezerwuary wykonane są z polichlorku winylu. Maski tlenowe wyposażone w aluminiowy zacisk na nos. Objętość rezerwuaru tlenu ok. 600 ml.<<”

**Pytanie 99:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści wysokiej jakości maskę krtaniową o następujących parametrach: >>Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanej maski niskociśnieniowej. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0<<”

**Odpowiedź 97-99:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Pytanie 100:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga maski silikonowe do aparatuambu dla rozmiarów 1 i 2 okrągłych, natomiast dla rozmiarów 3, 4, 5 - maska anatomicznie ukształtowana w kształcie kropli?”

**Odpowiedź 100:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Uwaga: pytania od nr 101 do nr 103 dotyczą pakietu nr 67.**

**Pytanie 101:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści wysokiej jakości zestaw resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, w skład którego wchodzi: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o poj. 1 600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H<sub>2</sub>O wykonany z PVC, 2 maski anestetyczne jednorazowego użytku w rozmiarze 4 i 5, przewód tlenowy dł. ok. 2 m, rezerwuuar tlenowy o pojemności 2 500 ml?”

**Pytanie 102:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści wysokiej jakości zestaw resuscytator jednorazowego użytku dla noworodków i małych dzieci, w skład którego wchodzi: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o poj. 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H<sub>2</sub>O wykonany z PVC, 2 maski anestetyczne jednorazowego użytku w rozmiarze 0 i 1, przewód tlenowy dł. ok. 2 m, rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml?”

**Pytanie 103:** „Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści wysokiej jakości zestaw resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, w skład którego wchodzi: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o poj. 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H<sub>2</sub>O wykonany z PVC, 2 maski anestetyczne jednorazowego użytku w rozmiarze 2 i 3, przewód tlenowy dł. ok. 2 m, rezerwuuar tlenowy o pojemności 2 500 ml?”

**Odpowiedź 101-103:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczanego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Uwaga: pytania od nr 104 do nr 110 dotyczą pakietu nr 5.**

**Pytanie 104:** „poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurka ma posiadać czarny minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki?”

**Odpowiedź 104:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 105:** „poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół.”

**Pytanie 106:** „poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół.”

**Odpowiedź 105-106:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Pytanie 107:** „poz. 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurka ma być fabrycznie zapakowana wraz z przewodnicą?”

**Odpowiedź 107:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 108:** „poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza mikrobiologicznie czystego, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.”

**Pytanie 109:** „poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza o długości 15cm.”

**Pytanie 110:** „poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza o długości 20,5cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.”

**Odpowiedź 108-110:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach. W zakresie pytań nr 109-110 zamawiający udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytania nr 48-49 oraz nr 63-64.

**Uwaga: pytania od nr 111 do nr 116 dotyczą pakietu nr 6.**

**Pytanie 111:** „poz. 2, 3, 4, 5, 8, 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z drenem o przekroju standardowym o lepszym, niezaburzonym przepływie niż dren o przekroju gwiazdkowym, spełniających pozostałe parametry SIWZ.”

**Odpowiedź 111:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 112:** „poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, wygiętej łukowato, dopasowanej anatomicznie, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg.”

**Pytanie 113:** „poz. 6 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankiem powietrznym, z dodatkowym wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3; 4 i 5, o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, ułatwiającym wprowadzenie maski oraz ułatwiającym jej zamocowanie po założeniu, w rozmiarach (1 -5) i zakresach wagowych: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg.”

**Odpowiedź 112-113:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Pytanie 114:** „poz. 8-9 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).”

**Pytanie 115:** „poz. 8-9 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.”

**Pytanie 116:** „poz. 8-9 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona?”

**Odpowiedź 114-116:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, innych niż pierwotnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uwaga: pytania od nr 117 do nr 119 dotyczą pakietu nr 8, poz. 3.**

**Pytanie 117:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu zapewniający bezpieczeństwo personelu medycznego?”

**Pytanie 118:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu ma posiadać zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą? Konstrukcja kranika pozwala na całkowite wyschnięcie kranika, co ogranicza ryzyko namnażania się drobnoustrojów.”

**Pytanie 119:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek ma posiadać zintegrowany wieszak?”

**Odpowiedź 117-119:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, innych niż pierwotnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia natomiast dopuszcza opisany w powyższych pytaniach asortyment, przy zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem.

**Uwaga: pytania od nr 120 do nr 121 dotyczą pakietu nr 14.**

**Pytanie 120:** „poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheotomijnej Biesalskiego wykonanej z termowrażliwego PVC, sterylne, bez mankietu uszczelniającego, zwężająca się stożkowato ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystycznie kaniulami wewnętrznymi, z łącznikiem 15 mm, zastawką fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, opaska mocująca na szyję zapinana na rzep, bez lateksu, w rozmiarach : 4.0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0”

**Pytanie 121:** „poz. 4-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheotomijnej z termowrażliwego PVC, z mankiem niskociśnieniowym, z dwoma rzędami otworów fonacyjnych, w zestawie 4 kodowane kolorystycznie kaniule wewnętrzne: dwie z otworami fonacyjnymi w tym jedna z konektorem 15 mm i pierścieniem mocującym oraz druga bez, pozostałe dwie kaniule bez otworów fonacyjnych w tym jedna z konektorem 15 mm i pierścieniem mocującym oraz druga bez, nakładka przeciwkaszlowa, zastawka fonacyjna z adapterem O<sub>2</sub>, opaska mocująca na szyję zapinana na rzep, mandryn, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki na ramce, sterylne, w rozmiarach : 7.0 / 8.5 / 10,0 / 11,0”

**Uwaga: pytania od nr 122 do nr 123 dotyczą pakietu nr 52.**

**Pytanie 122:** „poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera jednorazowego, zagiętego z uchylnym kowadełkiem, okrężny z tytanowymi zszywkami w dwóch naprzemiennie ułożonych pierścieniach i z okrężnym ostrzem odcinającym tkanki, rozmiar 24mm, 26mm, 29mm, 32mm, wysokość otwartej zszywki odpowiednio 4,5mm, 4,8mm, 4,8mm, 5,0mm, wysokość zamkniętej zszywki odpowiednio 1,8mm, 2,0mm, 2,0mm, 2,2mm, regulacja wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 0,1mm, podwójne zabezpieczenie przed odpaleniem.”

**Odpowiedź 120-122:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Pytanie 123:** „poz. 2, 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego, tnącego, z wymiennymi ładunkami dostępnego w wersjach 60 mm i 80 mm, z ładunkami do tkanki o normalnej grubości (3,8 mm) i ładunkami do tkanki grubej (4,8 mm). Każdy stapler można 7-mio krotnie ładować, co umożliwia wykonanie 8-miu zespołów u jednego pacjenta. Ergonomiczny projekt urządzenia z gumowymi podkładkami dla pewnego chwytu i obustronnym spustem dla obsługi prawą i lewą ręką zapewniają wygodę użycia i pełną kontrolę nad staplerem.”

**Odpowiedź 123:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w za-



kresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Uwaga: pytania od nr 124 do nr 126 dotyczą pakietu nr 60.**

**Pytanie 124:** „Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy system do kontrolowanej zbiórki stolca ma być systemem przebadanym klinicznie z potwierdzonym czasem utrzymania do 29 dni (badania dołączone do oferty)?”

**Pytanie 125:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca ma posiadać kieszeń na palec prowadzący ułatwiającą wprowadzanie zestawu oraz wskaźnik napełnienia balonu uszczelniającego, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega jego przepełnieniu?”

**Pytanie 126:** „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca (worki) ma posiadać filtr węglowy eliminujący przenikanie nieprzyjemnych zapachów oraz zapobiegający balonowaniu worków?”

**Odpowiedź 124-126:** Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w ww. zakresie odpowiadając na pytania nr 79-80.

**Uwaga: pytania od nr 127 do nr 128 dotyczą pakietu nr 62.**

**Pytanie 127:** „poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów w rozmiarach 18G/20cm, 14G/9cm, 14G/11cm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.”

**Pytanie 128:** „poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczników do URS w rozmiarze 4.8Fo dł. od 22 cm do 28 cm, tak jak obecnie stosowany, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź 127-128:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w zakresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Uwaga: pytania od nr 129 do nr 134 dotyczą pakietu nr 69.**

**Pytanie 129:** „poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w.w. pozycji do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

**Odpowiedź 129:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 130:** „poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych, bezpudrowych, spełniających pozostałe parametry SIWZ.”

**Odpowiedź 130:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 131:** „poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100szt w rozmiarze XS, S, M, L i 90szt w rozmiarze XL.”

**Odpowiedź 131:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadając na pytanie nr 68.

**Pytanie 132:** „poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu natychmiastowej identyfikacji właściwości rękawic bezpośrednio przez użytkownika na opakowaniu rękawic mają się znajdować fabryczne informacje o barierowości dla podstawowych, występujących w środkach dezynfekcyjnych substancji, jak etanol i izopropanol?”

**Odpowiedź 132:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, innych niż pierwotnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 133:** „poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedstawienia na potwierdzenie zgodności z normą EN 374-3 raportu z wynikami badań aktualizowanych przez producenta oferowanych rękawic, sporządzony na podstawie badań niezależnych laboratoriów? Praktyką rynkową w zakresie gwarancji że oferowane na rynku rękawice medyczne spełniają określone normy bezpieczeństwa, jest posługiwanie się przez ich dystrybutorów w zaufaniu do doświadczonego producenta Raportem z wynikami badań przeprowadzonych przez jednostki niezależne. Raport ten podsumowujący podaje typ rękawic, metodologię badania (powołanie się na normy), substancję przebadaną, bezpieczny czas kontaktu z substancją w rękawicy – czyli wszystko to, co interesuje użytkownika w zakresie bezpieczeństwa. Pozostałe elementy >>pełnego raportu z badań<<, jak warunki temperaturowe, stosowana aparatura są określane normatywnie, natomiast grubość badanej próbki jest powszechnie znaną wartością. Producent nie udostępnia szczegółowych raportów jednostek badawczych, bo po pierwsze substancji jest tak wiele i tak wiele jest badanych rękawic, że zamiast kilkudziesięciu stron, producent udostępnia aktualizowane co kilka miesięcy podsumowania raportów. Na podstawie wyżej opisanego raportu Zamawiający natychmiast i z łatwością może zidentyfikować informacje dotyczące barierowości, które go interesują, co jest utrudnione w wielostronicowym pełnym raporcie, zawierającym wiele zbędnych dla użytkownika informacji.”

**Pytanie 134:** „poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1,2,3 w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III?”

**Odpowiedź 133-134:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, innych niż pierwotnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uwaga: pytania od nr 135 do nr 138 dotyczą pakietu nr 70, poz.1.**

**Pytanie 135:** „Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic >>przebadanych na minimum 3 substancje z załącznika A normy EN 374-3 na co najmniej 2 poziomie ochrony<< na rzecz rękawic przebadanych na minimum 1 substancję załącznika A normy EN 374-3 na co najmniej 2 poziomie ochrony oraz przebadanych na przenikanie substancji stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, w tym z fabryczną informacją o ochronie przed dwoma najczęściej stosowanymi alkoholami – etanolem i izopropanolem na opakowaniu. Pragniemy nadmienić, że postawiony przez Zamawiającego wymóg spełnia tylko 1 firma, a standardowo rękawice medyczno-ochronne spełniają wymóg 1 substancji, nie 3. Wynika to z tego jakie substancje wymieniono na liście w załączniku A. Dla masowo stosowanych rękawic medyczno-ochronnych brak jest kontaktu z tam wymienionymi substancjami, natomiast stale wchodzi one w kontakt ze składnikami dezynfektantów, które w załączniku A nie wymieniono, a producenci badają je dobrowolnie. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy Zamawiającego o wskazanie w jakich sytuacjach pracownicy szpitala mają kontakt na co dzień z substancjami wymienionymi w załączniku A normy EN 374.”

**Odpowiedź 135:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 136:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach ściennych, pasujące do uchwytów ściennych uniwersalnych. Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rozwiązanie to jedyne rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic, ale i zakłada konieczność uszkodzenia ścian (przewiercenie uchwytów). Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki. Pragniemy zaznaczyć również, że rękawic diagnostycznych nie używa się w warunkach sterylnych, a rękawice pobiera się czystą i zdezynfekowaną dłońią. W przypadku nie

dopuszczenia alternatywne prosimy o opisanie procedury korzystania z rękawic w Państwa placówce.”

**Odpowiedź 136:** Zamawiający wyjaśnia, iż rękawice z możliwością tradycyjnego higienicznego wyjmowania ujęte są w pakiecie nr 69.

**Pytanie 137:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 150 szt. w rozmiarze XS-L oraz 135 szt. w rozmiarze XL, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

**Pytanie 138:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100szt w rozmiarze XS, S, M, L i 90szt w rozmiarze XL, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

**Odpowiedź 137-138:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 70 rękawic w opakowaniach zawierających od 90 do 100 sztuk – z przeliczeniem ilości na 10 000 opakowań oraz od 135 do 150 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań na 6 667, przy czym oczekuje zaoferowania ceny za opakowanie wyłącznie 100- (w pierwszym przypadku, tj. dla ilości 10 000) lub 150-sztukowe (w drugim przypadku, tj. dla ilości 6 667), a także podania w ostatniej kolumnie informacji, jakie opakowania (w dopuszczonych granicach) wykonawca oferuje dla poszczególnych rozmiarów. Na etapie realizacji umowy wykonawca będzie dostarczał rękawice w opakowaniach zgodnych z podanymi w ostatniej kolumnie, a ich cena będzie ceną przeliczoną z podanej w ofercie ceny za opakowanie odpowiednio 100- lub 150-sztukowe, proporcjonalnie do liczby sztuk zawartej w danym opakowaniu, tj. opakowanie zawierające 90 / 135 szt. będzie proporcjonalnie tańsze. Wykonawca na fakturze musi podać liczbę sztuk rękawic zawartą w danym opakowaniu. Umowa w przypadku zaoferowania mniejszych opakowań będzie realizowana do kwoty brutto wynikającej z oferty, ilość tańszych opakowań może przekroczyć wskazaną w formularzu cenowym.

**Pytanie 139:** „Do SIWZ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).”

**Odpowiedź 139:** Zamawiający nie zmienia warunków pierwotnie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu.

**Pytanie 140:** „**Pakiet 32 POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Osłonki na narzędzia szer. 32 mm”

**Pytanie 141:** „**Pakiet 32 POZ. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Etykieta samoprzylepna do kontenera ze wskaźnikiem rozmiar 50 mm x 35 mm”

**Odpowiedź 140-141:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 142:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 Igły do aspiracji szpiku kostnego j. u. w rozmiarze 15G i 16G / 100mm oraz 15G i 16G / 70mm z możliwością wyregulowania i osiągnięcia długości 68mm?”

**Odpowiedź 142:** Zamawiający modyfikuje opis w kolumnie rozmiar na brzmienie: „15 G i 16G/100mm 15G i 16G/68mm” i jednocześnie dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacja należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 143:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 52 poz.1 jednorazowe staplery okrężne zakrzywione o wymaganych parametrach z wysokością zszywki optymalną dla poszczególnych średnic tj. dla rozm. 21mm wys.4,5mm, dla 25mm wys.4,5mm, dla 29mm wys.4,8mm i dla rozm.33mm wys.5,0mm?”

**Odpowiedź 143:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 144:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 52 poz.2 i 3 jednorazowe staplery liniowe tnąco-zamykające z nożem o wymaganych parametrach umożliwiające ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu?”

**Odpowiedź 144:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w zakresie poz. 2 i 3 ww. pakietu odpowiadając na pytanie nr 123. Jednocześnie zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w zakresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował (opis ten musi być jednocześnie zgodny z treścią oferty).

**Pytanie 145:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 53 poz.1-4 jednorazowe automatyczne staplery liniowe o wymaganych parametrach posiadające dźwignię spełniającą rolę dwu dźwigni poprzez dwukrotne naciśnięcie jej co zabezpiecza przed mylnym użyciem, bo jest tylko możliwość użycia dźwigni którą się dwukrotnie naciska?”

**Odpowiedź 145:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 146:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61 poz.1 jednorazowy, sterylny piramidalny, ostrzowy trokar o śr.5mm, dł.100mm o wymaganych parametrach?”

**Pytanie 147:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61 poz.2 jednorazowy, sterylny bezpieczny, ostrzowy trokar o śr.10mm, dł.100mm o wymaganych parametrach?”

**Odpowiedź 146-147:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w zakresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 148:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61 poz.3 jednorazowy, sterylny rozpychający, ostrzowy trokar o śr.12mm, dł.100mm o wymaganych parametrach?”

**Pytanie 149:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61 poz.6 jednorazowy, endoskopowy worek do wyjmowania usuniętych narządów umieszczony w automatycznej prowadnicy o pojemności 110ml o wymaganych parametrach?”

**Pytanie 150:** „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61 poz.7 jednorazowy, endoskopowy worek do wyjmowania usuniętych narządów umieszczony w automatycznej prowadnicy o pojemności 410ml o wymaganych parametrach pozwalający na wprowadzenie przez trokar o śr. 10-12mm?”

**Odpowiedź 148-150:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Uwaga: pytania od nr 151 do nr 155 dotyczą pakietu nr 2 - Przetworniki i linie do pomiaru ciśnienia.**

**Pytanie 151:** „Czy Zamawiający oczekuje by przetworniki i linii typu Transpak IV posiadały trzy otwory w kolcu, zapewniające idealne odpowietrzenie i wypełnienie linii jak obecnie używane?”

**Pytanie 152:** „Czy Zamawiający wymaga by przetworniki i linii typu Transpak IV posiadały kolorowe naklejki i wymienne żółte koreczki w celu łatwej identyfikacji linii jak obecnie używane?”

**Odpowiedź 151-152:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 153:** „Czy Zamawiający dopuści by przetworniki i linii typu Transpak IV posiadały długość całkowitą 152 cm jak obecnie używane?”

**Odpowiedź 153:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w zakresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 154:** „Czy Zamawiający będzie wymagał bezpłatnego użyczenia kabli połączeniowych na cały okres trwania umowy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby wymaganych kabli.”

**Pytanie 155:** „Czy Zamawiający oczekuje by przetworniki i linii typu Transpak IV posiadały bezpinowe połączenie z kablem poprzez wodoszczelny, przezroczysty kołnierz jak obecnie używane?”

**Odpowiedź 154-155:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Uwaga: pytania od nr 156 do nr 160 dotyczą zapisów SIWZ oraz wzoru umowy.**

**Pytanie 156:** „Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: >>Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.<<”

**Odpowiedź 156:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 7 ora 89.

**Pytanie 157:** „Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3 Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 3 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla Zamawiającego brakujący towar od producenta.”

**Pytanie 158:** „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 1 Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: >>Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.<<”

**Odpowiedź 157-158:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 159:** „Wnosimy o dodanie do §10 ust. 2 punkt czwarty wzoru umowy zdania/ustępu w następującym brzmieniu: >>Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu.<< Zapis §10 ust. 2 punkt czwarty w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez Wykonawców zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż treść przywoływanego zapisu może być powodem nieuzasadnionego wyłączenia możliwości reprezentacji Wykonawców przez powołanych przez nich pełnomocników prawnych.”

**Odpowiedź 159:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Ponadto zamawiający wyjaśnia, iż §10 ust. 2 tiret czwarte nie zakazuje ani nie reguluje

udzielania pełnomocnictw dla adwokatów lub radców prawnych (regulacja ta dotyczy jedynie firm zajmujących się działalnością windykacyjną).

**Pytanie 160:** „Wnosimy o wykreślenie zapisów §10 ust. 4.

*Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.”*

**Odpowiedź 160:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający modyfikuje zapis § 10 poprzez wprowadzenie w ww. paragrafie ustępu 5 o następującym brzmieniu:

**„Zamawiający nie będzie uprawniony do nałożenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie: wystąpi o zgodę Zamawiającego oraz Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekraczającą 30 dni.”**

**Pytanie 161:** „Pytania do umowy: **§5 punkt 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z >>w wysokości 0,2% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<< na >>w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia dla danego pakietu<<?”

**Odpowiedź 161:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 162:** „Pakiet 9, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady szpitalne rozmiar 30l?”

**Odpowiedź 162:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Uwaga: pytania od nr 163 do nr 167 dotyczą pakietu nr 65.**

**Pytanie 163:** „**poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody do badań holterowskich, materiał bazowy – pianka, rozmiar 56x42mm z języczkiem do mocowania kabla?”

**Pytanie 164:** „**poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody wymiary 50mm x 36mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

**Pytanie 165:** „**poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 50 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

**Pytanie 166:** „**poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody niewidocznej w promieniach RTG o średnicy 50 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

**Pytanie 167:** „**poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 46 mm x 43 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź 163-167:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w zakresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował (opis ten musi być jednocześnie zgodny z treścią oferty).

**Pytanie 168:** „Pakiet 6, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej rozm.3 wypełnienie balonu 20ml, rozm.4 wypełnienie balonu 30ml, rozm.5 wypełnienie balonu 40ml?”

**Odpowiedź 168:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Uwaga: pytania od nr 169 do nr 172 dotyczą pakietu nr 5.**



**Pytanie 169:** „poz. 1, 4 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez kolorystycznego oznaczenia łącznika odpowiadającemu zalecanemu rozmiarowi cewnika do odsysania.”

**Odpowiedź 169:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w zakresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 170:** „poz. 1, 4 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch niepełnych półpięści?”

**Odpowiedź 170:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 171:** „poz. 5, 6 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 15 cm?”

**Odpowiedź 171:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w ww. zakresie odpowiadając na pytania nr 48-49 oraz 109-110.

**Pytanie 172:** „poz. 7 Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.”

**Odpowiedź 172:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Uwaga: pytania od nr 173 do nr 174 dotyczą pakietu nr 6.**

**Pytanie 173:** „poz. 2, 3 Prosimy o odstąpienie od wymogu silikonowych zastawek na łączniku oraz otworach wentylacyjnych.”

**Pytanie 174:** „poz. 6 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?”

**Odpowiedź 173-174:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Pytanie 175:** „Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.”

**Odpowiedź 175:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. Jednocześnie zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji formularza cenowego dla pakietu nr 4 odpowiadając na pytanie nr 33.

**Uwaga: pytania od nr 176 do nr 178 dotyczą pakietu nr 67.**

**Pytanie 176:** „poz. 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o objętości worka 1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką bezpieczeństwa 60 cm H<sub>2</sub>O, rezerwuar tlenu o pojemności 1700 ml, bez portu do podawania tlenu, z drenem tlenowym min. 2m?”

**Odpowiedź 176:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść korekty pierwotnych wymagań w zakresie dopuszczonym niniejszą odpowiedzią – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 177:** „**poz. 3** Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci o objętości worka 550 ml, objętości oddechowej”

**Pytanie 178:** „**poz. 3** Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny o objętości worka 320 ml, objętości oddechowej 140 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką bezpieczeństwa 60 cm H<sub>2</sub>O?”

**Odpowiedź 177-178:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniach.

**Pytanie 179:** „**Dotyczy Pakietu nr 57** Czy Zamawiający oczekuje aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem?”

**Odpowiedź 179:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 180:** „**do pakietu nr 1, poz. 30** Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 30 – okularki do fototerapii.”

**Odpowiedź 180:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 03.06.2016 r. do godziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 12.30.**

Załącznik:

1. Formularz cenowy dla pakietu przetargowego nr 4 – zaktualizowane brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.