



LAS-199/1-PN/49-2020

Rybnik, dnia 05.01.2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy ureterorenoskopów giętkich (zamówienie nr LAS-199-PN/49-2020)

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 30.12.2020 r., nr 770095-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o maksymalnej średnicy zewnętrznej 9.6 Fr? Różnica 0.1 Fr pozostanie bez wpływu na codzienną pracę z urządzeniem”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający będzie wymagał w ramach oferty dostarczenia na czas trwania umowy przenośnej konsoli niezbędnej do obsługi ureterorenoskopów o parametrach: ekran dotykowy min. 12 cali, rozdzielczość min 1024x768 z możliwością ustawienia balansu bieli, wykonania zdjęcia podczas zabiegu, nagrania filmu z zabiegu, zamrożenia obrazu, waga max. 4.3 kg, wyjście HDMI umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego, wbudowana pamięć min. 8 GB, możliwość eksportu obrazów na nośniki zewnętrzne typu pendrive”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu w ramach bezpłatnego użyczenia.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający będzie wymagał, aby cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do konsoli był sterylny bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 08.01.2021 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272